

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN GENERATORE PER RADIOFREQUENZA E DISPOSITIVI PER SISTEMA DI RADIOFREQUENZA OCCORRENTI ALLA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELL’OSPEDALE “MICHELE E PIETRO FERRERO” DI VERDUNO DELL’ASL CN2. ACQUISIZIONE TRAMITE RDO MEPA. CIG B5782C8DC7

2 VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

In data 03/06/2025 alle ore 15:00 la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione n. 697 del 22/04/2025, si riunisce presso l’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno dell’ASL CN2 per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura negoziata sotto la soglia comunitaria per la fornitura di un generatore per radiofrequenza e dispositivi per sistema di radiofrequenza occorrenti alla S.C. Anestesia e Rianimazione dell’ASL CN2 Alba-Bra – Durata 24 mesi.

Sono presenti:

- Dott. Salvatore Di Santo – Responsabile della S.S. Terapia Antalgica – Presidente;
- Ing. Marco Cerrato – Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica – Componente.
- Dott.ssa Anna Maria Ponchione – Dirigente Medico S.C. Anestesia e Rianimazione - Componente;

La Sig.ra Simona Taricco, Assistente Tecnico della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

La Commissione prende atto che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- **Tecnica Scientifica Service S.r.l.** – Torino;
- **X-Med Innovazioni Medicali S.r.l.** – Genova.

La Commissione riprende i lavori interrotti nella seduta del 24/04/2025.

Si dà atto che la Commissione ha richiesto l’integrazione della campionatura alla ditta Tecnica Scientifica Service S.r.l. in quanto non è pervenuta nei quantitativi richiesti all’interno dell’Art. 8 del Capitolato Speciale di Gara. Tale richiesta è stata formalizzata con nota prot. 30925 del 29/04/2025, trasmessa alla Ditta a mezzo pec.

In data 08/05/2025 la succitata ditta ha risposto alla nota come di seguito riportato:

“I dispositivi offerti in sede di gara sono da considerarsi equivalenti, da un punto di vista tecnico-prestazionale, a quanto richiesto dalla SA (vedasi documentazione tecnica trasmessa su Piattaforma).

Pertanto la campionatura inviata dalla Scrivente entro il termine di presentazione delle offerte (DDT n. 281 del 19/02/2025) risulta essere conforme a quanto richiesto e non vi è la necessità di procedere con un’integrazione della stessa.”

Preso atto di quanto sopra, la Commissione Giudicatrice, effettuata la valutazione della documentazione tecnica, ritiene non conforme la proposta della Tecnica Scientifica Service in quanto:

“Il sistema bipolare permette di concentrare la corrente tra due elettrodi ravvicinati, riducendo la diffusione della stimolazione e aumentando la precisione nell’attivazione di specifiche radici nervose o segmenti spinali. Poiché la corrente circola solo tra due elettrodi vicini (e non verso un elettrodo piastra distante come nella stimolazione monopolare), si riduce la dispersione elettrica, permettendo di eseguire la procedura anche in quei pazienti dove le correnti di dispersione possono interferire con Pacemaker cardiaci elettrostimolatori midollari, pompe intratecali, ecc..

Inoltre il campo bipolare offre un test di stimolazione più mirato ai fini dell'intensità e della sede di stimolazione, proprio nel trattamento del DRG. “

Alla luce di quanto sopra, La Commissione Giudicatrice alla luce delle prove effettuate sulla campionatura pervenuta sulla base dei requisiti tecnici irrinunciabili di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale di Gara, procede ad escludere la ditta Tecnica Scientifica Service S.r.l. e ad assegnare le valutazioni di seguito riportate per la proposta pervenuta da X-Med Innovazioni Medicali S.r.l..

La Commissione prende atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, in base ai seguenti criteri di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale di Gara:

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo
<u>Generatore di Radiofrequenza continua e pulsata</u>		<u>30</u>
1	Uscite multiple per applicazioni di RFP in contemporanea su più targets con tecnica bipolare o doppia bipolare e relativo monitoraggio delle singole temperature	10
2	Voltaggi da 81 a 100 V e mantenimento costante per tutta la durata delle applicazioni RF	10
3	Controllo automatico delle impostazioni di impulsi per ottimizzare l'esposizione del nervo al campo elettrico	5
4	Assistenza tecnica post vendita con particolare con particolare riferimento alla presenza di uno Specialist in sala operatoria per le procedure di RF e peridulisi, per ogni intervento programmato	5
<u>Ago monouso con punta retta sharp, ago monouso con punta smussa blunt per blocco forame – Kit peridurale per peridurolisi farmacologica/meccanica – Kit peridurale per peridurolisi monopolari/bipolari</u>		<u>40</u>
5	Caratteristiche fisiche, tecniche e costruttive del materiale di consumo	10
6	Ecogenicità degli aghi	8
7	Ampiezza di gamma misure di aghi – introduttori e mandrini	8
8	Manovrabilità dei differenti mandrini ed efficacia nell'ottenimento dell'effetto terapeutico: lisi meccanica delle aderenze, navigazione e orientamento del catetere	7
9	Tecnologia e tipologia di conduzione di radiofrequenza pulsata	6

**A.S.L. CN2***Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra*

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

10	Criteri ambientali (criteri e modalità di smaltimento)	1
-----------	--	----------

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, ed è attribuito un coefficiente variabile tra 0 e 1 corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione ai prodotti proposti dal soggetto offerente.

Tale coefficiente attribuito dalla Commissione verrà moltiplicato per il fattore ponderale previsto e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato dalla Commissione ai vari elementi della qualità e quindi dell'offerta tecnica.

I giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Non apprezzabile non valutabile	0,00
Sufficiente	0,25
Discreto	0,50
Buono	0,75
Distinto	0,90
Ottimo	1,00

I punteggi di valutazione qualitativa saranno normalizzati a punti 70.

Pertanto alla ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto saranno attribuiti 70 punti, mentre alle altre ditte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori determinati in misura direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto.

La Commissione Giudicatrice esprime la valutazione di seguito indicata:

X-Med Innovazioni Medicali S.r.l.

punti 69,00



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

ALLEGATO A	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo	TSS				X-MED			
			Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note
N.	<u>Generatore di Radiofrequenza continua e pulsata</u>	<u>30</u>			Offerta tecnica non valutabile per mancanza dei requisiti					
1	Uscite multiple per applicazioni di RFP in contemporanea su più targets con tecnica bipolare o doppia bipolare e relativo monitoraggio delle singole temperature	10					Ottimo	1	10	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante
2	Voltaggi da 81 a 100 V e mantenimento costante per tutta la durata delle applicazioni RF	10					Ottimo	1	10	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante
3	Controllo automatico delle impostazioni di impulsi per ottimizzare l'esposizione del nervo al campo elettrico	5					Ottimo	1	5	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante
4	Assistenza tecnica post vendita con particolare con particolare riferimento alla presenza di uno Specialist in sala operatoria per le procedure di RF e peridulisi, per ogni intervento programmato	5					Ottimo	1	5	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

ALLEGATO A	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo	TSS				X-MED			
			Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note
-	<u>Ago monouso con punta retta sharp, ago monouso con punta smussa blunt per blocco forame – Kit peridurale per peridurolisi farmacologica/meccanica – Kit peridurale per peridurolisi monopolari/bipolari</u>	<u>40</u>			Offerta tecnica non valutabile per mancanza dei requisiti					
5	Caratteristiche fisiche, tecniche e costruttive del materiale di consumo	10					Ottimo	1	10	Ottimo nel complesso Rispetto alle attese della stazione appaltante
6	Ecogenicità degli aghi	8					Ottimo	1	8	Ottimo nel complesso Rispetto alle attese della stazione appaltante
7	Ampiezza di gamma misure di aghi – introduttori e mandrini	8					Ottimo	1	8	Ottimo nel complesso Rispetto alle attese della stazione appaltante
8	Manovrabilità dei differenti mandrini ed efficacia nell'ottenimento dell'effetto terapeutico: lisi meccanica delle aderenze, navigazione e orientamento del catetere	7					Ottimo	1	7	Ottimo nel complesso Rispetto alle attese della stazione appaltante



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

ALLEGATO A	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo	TSS				X-MED			
			Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note
9	Tecnologia e tipologia di conduzione di radiofrequenza pulsata	6					Ottimo	1	6	Ottimo nel complesso Rispetto alle attese della stazione appaltante
10	Criteri ambientali (criteri e modalità di smaltimento)	1					Non Valutabile	-	0	Non valutabile
PUNTEGGIO TOTALE			0,00				69,00			
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO										



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Verduno, lì 03/06/2025

Dott. Salvatore Di Santo – Responsabile della S.S. Terapia Antalgica – Presidente;

(firmato in originale)

Ing. Marco Cerrato – Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica – Componente;

(firmato in originale)

Dott.ssa Anna Maria Ponchione – Dirigente Medico S.C. Anestesia e Rianimazione -
Componente;

(firmato in originale)

Sig.ra Simona Taricco, Assistente Tecnico - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti,
segretaria verbalizzante.

(firmato in originale)