



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

O G G E T T O :

RIPARAZIONE DI UN VIDEOBRONCOSCOPIO BF-P190 OLYMPUS UTILIZZATO PRESSO LA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL PRESIDIO MICHELE E PIETRO FERRERO DI VERDUNO. CIG B5BAF39276

AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5092428 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B, D.LGS 36/2023

**I L D I R E T T O R E D E L L A
S . C . S E R V I Z I T E C N I C I**

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 4 del 7 gennaio 2025

Premesso che

- la S.C. Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, ha in dotazione il videobroncoscopio BF-P190 Olympus s/n 2913245;
- a seguito della segnalazione di non superamento della prova di tenuta effettuato dalla lavaendoscopi durante il processazione, il videobroncoscopio è stato oggetto di controllo tecnico tramite richiesta di intervento ODL n. 25-23505;
- l'intervento è stato assegnato, alla ditta Olympus Italia srl produttrice e fornitrice dello strumenti di cui trattasi;
- a seguito dell'analisi tecnica diretta la ditta manutentrice ha provveduto ad inviare al servizio di ingegneria clinica il relativo report diagnostico;
- è stata inoltrata, allegato al report di diagnosi, il preventivo di riparazione sia "straordinaria" sia strettamente "necessaria" per il ripristino immediato dello strumento;
- al fine di non interrompere o rallentare l'attività del reparto Rianimazione si è deciso di procedere con la soluzione "necessaria" per il ripristino;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi;
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D.Lgs 36/2023;
- le Linee Guida n. 8 del 13/8/2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili;
- il D.LGS 36/2023 che all'art. 50 comma 1 lettera b testualmente recita:

"1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

..... omissis ...

b)affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a

140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

Ritenuto pertanto di procedere secondo quanto disposto dal regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria adottato con deliberazione n. 189 del 03/04/2020, alla trattativa diretta tramite portale MEPA per quanto in oggetto;

Preso atto che:

- in data 12/02/2024 è stata pubblicata sul portale MEPA, la trattativa diretta n. 5092428 avente ad oggetto " *riparazione videobroncoscopio Olympus matricola 2913245 - riferimento ODL 25-23505 del 03/02/2025*", con la ditta OLYMPUS ITALIA SRL con sede in Segrate (MI) ed avente il termine di presentazione dell'offerta in data 19/02/2024 alle ore 12:00, con un importo presunto di € 13.500,00 IVA a norma di legge esclusa;
- risulta pervenuta l'offerta effettuata da parte della ditta partecipante nella modalità "necessaria" di € 13.354,00 IVA a norma di legge esclusa;
- si rileva la congruità, rispetto alla tipologia di modalità scelta, delle condizioni economiche indicate nell'offerta allegata alla presente, del preventivo pari a € 13.354,00 IVA a norma di legge esclusa, pervenuto dalla ditta OLYMPUS ITALIA SRL - P.IVA: 10994940152;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 846 del 29/11/2024 con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo provvisorio per l'anno 2025;

Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 17/01/2025 sono stati assegnati, per l'anno 2025, i budget alle Strutture Aziendali;

Su conforme proposta dell'Ing. Marco CERRATO – Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica in qualità di RUP ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. e della legge n. 241/90 che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;

Avendo il sottoscritto curato l'istruttoria del procedimento e attestandone la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;

D E T E R M I N A

- di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta OLYMPUS ITALIA SRL – Via San Bovio 1-3, 20054 Segrate (MI), P.IVA: 10994940152, la riparazione necessaria al ripristino del videobroncoscopio BF-P190 Olympus s/n 2913245 per un importo complessivo pari a € 16.291,88 (IVA inclusa);
- di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente provvedimento come da prospetto seguente:

Anno competenza	Nome del Budget	Descrizione conto	Conto	Importo
N. ID.	INGC	Manut ordinaria in appalto attrezz. Tecnico-scient. Sanit.	C280203B	€ 16.291,88
8261809				
2024				

- di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera del Servizio Bilancio e Contabilità sarà possibile procedere alla numerazione del presente atto, numerazione che – ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle deliberazioni direttore generale e delle determinazioni dei dirigenti approvato con determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016 – equivale ad adozione;
- di individuare l'Ing. Marco CERRATO, Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica quale Responsabile unico del procedimento ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. e dall'art.5 della legge n. 241;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DELLA
S.C. SERVIZI TECNICI
Ferruccio BIANCO

Sottoscrizione per proposta.

IL RESPONSABILE
S.S. INGEGNERIA CLINICA
Marco CERRATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge

Allegati:

A) Offerta economica

Codice delega: II.1.3 /II.1

Archivio I.5.05.05

Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:

RICORSO AL T.A.R.

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Tale ricorso deve essere presentato

- *nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)*
- *nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza*

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.