



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti

Direttore f.f.: Dott.ssa Maria RAITERI

Responsabile dell'istruttoria: Rag. Antonella VENEZIA

Istruttore: Sig.ra Tiziana BERRUTI

Recapiti a cui rivolgersi:

✓ personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) - piano primo

✓ telefonicamente: 0173/316553 – 581

✓ pec: aslcn2@legalmail.it

Pubblicato in data: 02/05/2025

Scadenza: 19/05/2025 ore 12.00

PNRR - INTERVENTO M6.C2 - 1.1.1 - CUP G91B21007830005

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA CERTIFICATA, PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE DEDICATO ALLE ATTIVITÀ DI REFERTAZIONE, GESTIONE E ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI ENDOSCOPICHE PER IL SERVIZIO DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELL'ASL CN2 E PER SERVIZI CONNESSI, COMPRENSIVO DI GARANZIA FULL RISK SINO AL 30/06/2026

L'A.S.L. CN2 Alba – Bra, con il presente avviso, intende acquisire preventivi finalizzati all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c.1 l.b) del D.Lgs 36/2023, su piattaforma certificata, per la fornitura di un sistema informatico gestionale dedicato alle attività di refertazione, gestione e acquisizione delle immagini endoscopiche per il Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell'A.S.L. CN2, per servizi connessi e la garanzia full risk fino al 30 giugno 2026, termine del progetto realizzato nel contesto dell'iniziativa PNRR Missione 6, **per un importo complessivo non superabile di € 138.000,00 I.V.A. inclusa.**

Il presente avviso è finalizzato:

- a ricevere preventivi di spesa, per individuare e favorire la partecipazione e la consultazione degli Operatori Economici in modo non vincolante per la Stazione Appaltante;
- ad individuare l'Operatore Economico con il quale precedere poi con eventuale affidamento diretto ai sensi dell'art 50 c.1 l.b) del D.Lgs 36/2023, a messo piattaforma certificata.;

Ai sensi dell'Allegato II.1 art. 2 comma 2, D.Lgs 36/2023, detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Caratteristiche generali di sistema

È richiesta al fornitore l'integrazione, con acquisizione di immagini e video diagnostici, con il sistema in uso per la refertazione dei servizi di imaging aziendale.

Per quanto riguarda il Servizio di Endoscopia Digestiva, il sistema deve consentire di gestire il flusso di lavoro legato all'esecuzione di visite ed esami strumentali, come descritto nel seguente:

- il paziente si presenta in sala per l'esecuzione dell'esame;
- le immagini DICOM vengono spedite al server Immagini PACS, che le rende disponibili all'ambiente di refertazione. In questo modo tutte le immagini di Endoscopia Digestiva contribuiscono ad arricchire il server PACS aziendale e sono immediatamente disponibili negli ambienti di visualizzazione;
- il medico può quindi completare le sue attività provvedendo a scrivere il referto utilizzando l'ambiente di refertazione, che fornisce, per gestire la refertazione di procedure endoscopiche, un ambiente di lavoro ergonomico e fortemente basato su dati strutturati (liste, alberi di refertazione, frasi predefinite, etc.). I referti prodotti, che possono essere firmati digitalmente, vengono archiviati nella cartella paziente, permettendone quindi la consultazione insieme agli altri referti (radiologia, medicina nucleare, cardiologia, ecc.) e ai documenti clinici disponibili;
- il referto firmato viene inoltrato al repository aziendale.

Le form per la refertazione di Endoscopia Digestiva contengono un insieme elevato di dati clinici specifici per ogni tipologia d'indagine, quali Colonscopia, Esofago Gastro Duodeno scopia, Endoscopia capsulare, Colangiopancreatografia retrograda per via endoscopica ecc.

In aggiunta alla verticalizzazione per Endoscopia Digestiva, il progetto prevede l'acquisizione di immagini e segnali da uno spettro aggiuntivo di apparecchiature, quali laparoscopi, elettroencefalogrammi, immagini ginecologiche, immagini da microscopia ecc., allo scopo di estendere il dossier multimediale del paziente includendo un ampio insieme di sorgenti di informazioni biometriche. Le form per la refertazione dovranno possedere un livello di configurazione tale da consentire la gestione di campi/informazioni pertinenti alle specialità sopra indicate, con particolare riguardo al settore della ginecologia.

Caratteristiche dell'integrazione HL7-DICOM per il sistema di refertazione degli esami gastroenterologici

Il sistema di refertazione destinato alla Gastroenterologia deve garantire un'integrazione avanzata basata sul protocollo DICOM per la gestione ottimale delle immagini di lavoro. Le funzionalità richieste includono:

1. Ricezione delle Liste di Lavoro (Worklist)

Il sistema deve essere in grado di ricevere le liste di lavoro (Worklist) dai sistemi informativi aziendali, quali il RIS-PACS o il SIO come precedentemente descritto, utilizzando il protocollo HL7 e DICOM. Questo consente di:

- Presentare all'operatore un elenco aggiornato dei pazienti prenotati per gli esami, evitando la necessità di inserimenti manuali.
- Selezionare il paziente corretto al momento dell'esame, riducendo gli errori e velocizzando il flusso di lavoro.
- Aggiornare in tempo reale i dati, garantendo la coerenza tra le informazioni anagrafiche e cliniche.

2. Associazione automatica paziente-esame

Durante l'esecuzione degli esami diagnostici (es. gastroscopia, colonoscopia, ecc.), il sistema deve collegare automaticamente le informazioni del paziente alle immagini acquisite. L'associazione si basa su identificatori univoci come il Patient ID e l'Accession Number, ottenuti attraverso l'integrazione con il sistema Anagrafe Aziendale e compatibili con gli eventi generati dal RIS a garanzia dell'affidabilità ed integrità dei dati clinici.

3. Invio delle immagini DICOM al PACS aziendale

Le immagini DICOM devono essere trasmesse al server PACS aziendale tramite il protocollo DICOM Storage (C-STORE), garantendo:

- L'archiviazione sicura delle immagini endoscopiche e gastroenterologiche.
- La disponibilità immediata delle immagini per la refertazione e la consultazione, sia all'interno del reparto che negli ambienti diagnostici condivisi.
- La compatibilità con l'infrastruttura PACS aziendale esistente.

4. Conferma della trasmissione

Il sistema deve prevedere un meccanismo di verifica automatica dello stato del trasferimento delle immagini al PACS. Notifiche specifiche devono indicare l'esito del processo (successo, avviso o errore), garantendo una gestione affidabile dei flussi diagnostici e una rapida risoluzione di eventuali problemi.

Inoltre, è necessario che vengano previsti appositi meccanismi di correzione e allineamento dei dati archiviati, integrati con il sistema RIS-PACS e coerenti con le regole di gestione sicura delle immagini archiviate e della relativa associazione al paziente.

5. Gestione avanzata dei contenuti multimediali

Il sistema deve gestire immagini statiche e video diagnostici ad alta definizione acquisiti durante le procedure gastroenterologiche. Tali contenuti devono essere integrati nel dossier multimediale del paziente, includendo:

- Referti arricchiti da immagini significative per una diagnosi più precisa.
- La possibilità di consultare il materiale multimediale insieme agli altri referti e documenti clinici disponibili nel repository aziendale.

Questa integrazione consente al sistema di refertazione della Gastroenterologia di ottimizzare il flusso di lavoro clinico, migliorando l'efficienza, la precisione diagnostica e l'interoperabilità con le infrastrutture aziendali. Grazie a queste funzionalità, il personale medico può contare su un ambiente strutturato e tecnologicamente avanzato per fornire un'assistenza sanitaria di alta qualità.

Ulteriori caratteristiche di gestione delle immagini

Il Sistema Informatico Gestionale, anche in relazione ai predetti servizi connessi di produzione delle immagini, dovrà inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

- gestire e acquisire dall'ecografo le misurazioni effettuate che andranno a popolare direttamente un report strutturato,
- gestire differenti modalità di profilazione in dipendenza delle varie categorie di utilizzatori,
- consentire l'interfacciamento di ecotomografi DICOM di diversa marca e modello,
- consentire personalizzazioni per migliorare il workflow, modificare il layout delle worklist e creare di modelli di report predefiniti a seconda della tipologia di esame,
- gestire una libreria di curve di crescita che facciano riferimento a standard internazionali
- permettere l'importazione dall'ecografo collegato della biometria e della flussimetria fetale e materna con l'indicazione dei percentili,
- permettere l'effettuazione di statistiche sugli esami effettuati e sulle casistiche cliniche incontrate

Integrazioni con i sistemi esistenti:

Nel seguito vengono elencate le integrazioni da realizzarsi. Le specifiche tecniche di ciascuna integrazione dovranno essere concordate con le ditte fornitrici indicate nel presente documento. Si precisa che il costo delle attività lato fornitore terzo sarà a carico della stazione appaltante.

- Anagrafica aziendale degli assistiti (LHA): il sistema è fornito dalla ditta Dedalus S.p.a.;
- Cup regionale: sistema fornito da Engineering Spa.
- Order Entry, sistema P4C fornito da Dedalus Spa,
- Pronto Soccorso, sistema HeroPS fornito da Dedalus Spa,
- Repository, sistema XValue fornito da Dedalus Spa,
- PACS, sistema Vue Motion forniti da Philips,
- Firma Digitale, sistema Infocert,
- Gestione Consensi sistema fornito da Dedalus Spa
- Firma grafometrica fornita da Engineering/Medas

Si precisa che i costi di tali integrazioni lato fornitori terzi saranno a carico della ASL CN2. Le integrazioni dovranno essere eventualmente aggiornate nel caso di cambio del prodotto/fornitore durante l'intero periodo contrattuale.

I referti dovranno essere inviati con il repository XValue rispettando le specifiche regionali disponibili all'indirizzo www.servizi.piemonte.it/SRV/fascicolo-sanitario-elettronico implementando eventuali evoluzioni nel corso dell'intero periodo contrattuale.

“Tabella 1: apparecchiature da integrare

Tipologia	Tipologia uscita	Modello	Produttore	Reparto
ECOTOMOGRAFO	DICOM	MYLABX8 EHD	ESAOTE SPA	OSTETRICIA GINECOLOGIA REPARTO
ECOTOMOGRAFO	DICOM	MYLABX8 EHD	ESAOTE SPA	OSTETRICIA GINECOLOGIA REPARTO
ECOTOMOGRAFO	DICOM	AFFINITI 70	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	OSTETRICIA GINECOLOGIA AMBULATORIO, PEDIATRIA AMBULATORIO
ECOTOMOGRAFO	DICOM	AFFINITI 70	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	OSTETRICIA GINECOLOGIA S.PARTO
ECOTOMOGRAFO	DICOM	WS80A	SAMSUNG ELECTRONICS	OSTETRICIA GINECOLOGIA AMBULATORIO, PEDIATRIA AMBULATORIO
ECOTOMOGRAFO	DICOM	WS80A	SAMSUNG ELECTRONICS	OSTETRICIA GINECOLOGIA AMBULATORIO, PEDIATRIA AMBULATORIO BRA
ECOTOMOGRAFO	DICOM	WS80A	SAMSUNG ELECTRONICS	OSTETRICIA GINECOLOGIA AMBULATORIO, PEDIATRIA AMBULATORIO ALBA
ECOTOMOGRAFO	DICOM	MYLAB X5	ESAOTE BIOMEDICA	OSTETRICIA GINECOLOGIA AMBULATORIO, PEDIATRIA AMBULATORIO
ECOTOMOGRAFO	DICOM	LOGIQ S8	GE HEALTHCARE	GASTROENTEROLOGIA AMBULATORI
ECOTOMOGRAFO PORTATILE	NO DICOM, USCITE VIDEO A SCELTA TRA DIGITARLE E ANALOGICO	EU-ME3	Olympus	GASTROENTEROLOGIA AMBULATORI

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

VIDEOPROCESSORE PER TECNICHE ENDOSCOPICHE	NO DICOM, USCITE VIDEO A SCELTA TRA DIGITARLE E ANALOGICO	CV-190	Olympus	GASTROENTEROLOGIA AMBULATORI
VIDEOPROCESSORE PER TECNICHE ENDOSCOPICHE	NO DICOM, USCITE VIDEO A SCELTA TRA DIGITARLE E ANALOGICO	EPK-I7010/P	PENTAX CORP	GASTROENTEROLOGIA AMBULATORI
VIDEOPROCESSORE PER TECNICHE ENDOSCOPICHE	NO DICOM, USCITE VIDEO A SCELTA TRA DIGITARLE E ANALOGICO	CV-190 PLUS	Olympus	GASTROENTEROLOGIA AMBULATORI
VIDEOPROCESSORE PER TECNICHE ENDOSCOPICHE	NO DICOM, USCITE VIDEO A SCELTA TRA DIGITARLE E ANALOGICO	CV-190 PLUS	Olympus	GASTROENTEROLOGIA AMBULATORI
VIDEOPROCESSORE PER TECNICHE ENDOSCOPICHE	NO DICOM, USCITE VIDEO A SCELTA TRA DIGITARLE E ANALOGICO	EPK-I7010	PENTAX CORP	GASTROENTEROLOGIA AMBULATORI
VIDEOPROCESSORE PER TECNICHE ENDOSCOPICHE	NO DICOM, USCITE VIDEO A SCELTA TRA DIGITARLE E ANALOGICO	CV-1500	Olympus	GASTROENTEROLOGIA AMBULATORI
VIDEOPROCESSORE PER TECNICHE ENDOSCOPICHE	NO DICOM, USCITE VIDEO A SCELTA TRA DIGITARLE E ANALOGICO	CV-190	Olympus	GASTROENTEROLOGIA AMBULATORI

Ulteriori requisiti della fornitura

I sistemi di Gestione dovranno essere installati su un cloud qualificato AGID/ACN indicato dall'ASL CN2 i cui costi saranno a carico della stazione appaltante.

I costi delle licenze del database, la sua gestione e gli aggiornamenti (servizi DBA) saranno, per l'intero periodo del contratto, a carico della ditta aggiudicataria.

Dovrà essere supportato un servizio di business continuity/disaster recovery coerentemente con le prescrizioni identificate dalla direttiva NIS2 entrata in vigore dal 17 gennaio 2023 e recepita il 17 ottobre 2024.

L'applicativo proposto dovrà essere in tecnologia web a tre livelli, funzionante con i principali

browser di mercato.

Assistenza tecnica e garanzia full risk

La ditta offerente dovrà garantire l'assistenza tecnica sia ordinaria che straordinaria del sistema a seguito di blocchi, malfunzionamenti e usura delle componenti fino al 30 giugno 2026, termine del progetto realizzato nel contesto dell'iniziativa PNRR Missione 6.

L'attività deve prevedere ogni azione atta a garantire il corretto funzionamento del sistema con continuità e secondo le performance e i livelli di servizio proposti dalla ditta offerente. Gli interventi di assistenza dovranno avvenire su chiamata telefonica ad un numero verde, tramite e-mail o altro canale indicato.

Le modalità di erogazione degli interventi di assistenza tecnica dovranno avvenire sia da remoto mediante connessione VPN, si loco da parte di personale incaricato dalla ditta offerente.

La ditta fornitrice dovrà garantire i livelli di servizio (SLA) relativi agli interventi di assistenza tecnica di seguito indicati:

- Help desk telefonico per supporto e per le segnalazioni dei guasti garantito tutti i giorni dalle 7:30 alle 17:30.
- Presa in carico del guasto entro massimo 30 minuti dalla segnalazione;
- Risoluzione del guasto bloccante - vale a dire del guasto che compromette l'esercizio delle funzioni di acquisizione delle immagini e refertazione - entro 2 ore dalla segnalazione,
- Risoluzione del guasto non bloccante entro massimo 8 ore dalla presa in carico;
- In caso di impossibilità di risoluzione del guasto da remoto, intervento di un tecnico on-site garantito entro 8 ore lavorative dalla presa in carico.

Manuali

La ditta aggiudicataria dovrà inviare la seguente documentazione, redatta in lingua italiana, e dovrà riguardare l'intera fornitura ed essere consegnata entro la data del collaudo in forma cartacea e su supporto informatico:

- Manuale tecnico e di service;
- Manuale d'uso in doppia copia, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Manuale di servizio per la gestione delle funzionalità del software in conformità a quanto stabilito dalla normativa CEI EN 62 - 148 – UNI 9910 – Raccomandazione n. 9 settembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Consegna, installazione

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla completa attivazione sulla base della tempistica prevista dal crono programma.

L'attività di consegna ed installazione della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.

Collaudo

La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e sue spese, al collaudo dell'intera fornitura, da effettuarsi al momento della consegna e, comunque, non oltre 10 giorni dalla stessa, salvo diversi accordi con la stazione appaltante, alla presenza dell'incaricato dell'aggiudicatario e del personale all'uopo incaricato dalla stazione appaltante.

L'intera fornitura diventerà di proprietà dell'Amministrazione e l'aggiudicatario acquisterà diritto al pagamento del relativo importo solo dopo la verifica e il collaudo positivo. La fornitura sarà da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti saranno collaudati con esito positivo.

La decorrenza dei tempi per il pagamento fattura partirà quindi dalla data del collaudo, indipendentemente dalla data di emissione e/o registrazione. Il collaudo sarà effettuato dal fornitore in contraddittorio, per le specifiche competenze, con:

- il Responsabile della S.S. Ingegneria clinica Ing. Cerrato o suo incaricato/a;
- Il Direttore della S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Sistema Informativo - Dott. Viglino o suo incaricato/a
- Il Responsabile della S.S. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Dott.ssa La Terra o suo incaricato/a;

Il collaudo dovrà riguardare la totalità della fornitura.

Il fornitore dovrà procurare, a proprio carico, gli eventuali dispositivi/attrezzi/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del fornitore.

Delle attività ed operazioni di collaudo verrà redatto apposito "Verbale di Collaudo". Il collaudo è teso a verificare che quanto fornito sia conforme ai tipi o modelli descritti, con le caratteristiche e le funzionalità riportate nella documentazione tecnica presentata in sede di gara, nonché nella manualistica d'uso, e coerentemente con quanto previsto dalla normativa, che sia stata regolarmente installata e sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze operative tecniche, conformemente alle indicazioni contenute nella documentazione di gara.

Il collaudo consisterà:

- Nel controllo della completezza della fornitura, in particolare nell'accertamento della presenza di tutte le componenti e della manualistica richiesta e nella verifica della corrispondenza ai requisiti di capitolato e a quanto dichiarato dalla ditta fornitrice e della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dall'apparecchiatura con quelli dichiarati in sede di offerta;
- Nel controllo della completezza della fornitura, in particolare nell'accertamento della presenza di tutte le componenti e della manualistica richiesta e nella verifica della corrispondenza ai requisiti di capitolato e a quanto dichiarato dalla ditta fornitrice e della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dall'apparecchiatura con quelli dichiarati in sede di offerta;

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

- Nella verifica della conformità della fornitura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
- Nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento della fornitura sulla base di tutte le prove funzionali stabilite nei manuali tecnici del fornitore, con prove di funzionamento, mediante dimostrazioni effettuate dal personale tecnico del fornitore. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il fornitore;
- Nell'effettuazione dei controlli di qualità e le verifiche previsti dalle norme vigenti;

Il fornitore dovrà produrre in sede di collaudo:

- il Manuale d'uso in lingua italiana e il manuale tecnico e di service in formato cartaceo e digitale

Il collaudo si intende positivamente superato solo se tutte le caratteristiche risultino verificate ai sensi di quanto sin qui previsto. In caso di esito negativo, anche parziale, del collaudo il fornitore ha l'onere di sostituire quanto non perfettamente funzionante e integrare quanto eventualmente mancante e di procedere al nuovo collaudo che, in ogni caso, dovrà concludersi positivamente entro il termine perentorio di 20 giorni dalla consegna/installazione, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo. L'esito positivo del collaudo non esonerà il fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni non emerse al momento del collaudo.

La stazione appaltante si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche della fornitura con quanto dichiarato e offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta e alle prestazioni dichiarate in sede di gara. Le eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico della impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO:

L'operatore economico interessato deve pertanto presentare:

- **Istanza di manifestazione di interesse**, nelle modalità previste dalla legge, sottoscritta dal legale rappresentante (vedasi allegato A)
- **Documentazione tecnica** relativa al prodotto offerto, che consenta a questa Azienda di comprenderne le caratteristiche in modo chiaro e completo;
- **Costo della manodopera** relativo alla procedura in oggetto (indicare il n. del personale adibito e il numero di ore)
- **Contratto CCNL** applicato e dichiarare che le tariffe applicate al personale non sono inferiori ai minimi salariali retributivi;
- **Piano di Formazione/Avviamento**
La ditta offerente dovrà fornire un piano di formazione/avviamento che comprenda l'elenco dettagliato delle attività necessarie alla messa in esercizio del sistema, dall'installazione delle componenti software, all'erogazione dei servizi di supporto all'avvio. Tale piano dovrà contenere l'indicazione delle risorse umane impiegate, in termini di quantità e profili professionali.
Parte integrante di tale pianificazione è inoltre la formazione del personale e

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

l'affiancamento in fase di avvio. In particolare l'attività di formazione dovrà essere erogata on site in orari che non pregiudichino l'attività del servizio.

Tutte le figure dell'Ospedale coinvolte dal progetto (operatori tecnici e sanitari, coordinatori, dell'area e tecnici) dovranno essere formate sui principi di funzionamento del sistema. La ditta offerente dovrà quindi prevedere specifiche sessioni di formazione tenute da personale specializzato sul sistema fornito e sui processi supportati.

Per la fase di avvio del sistema dovranno essere forniti servizi di affiancamento in grado di completare la fase di formazione degli operatori e garantire il successo dell'operazione.

– **Cronoprogramma:**

E' richiesto alle ditte concorrenti di produrre e presentare un cronoprogramma dettagliato delle attività che dovrà comunque concludersi entro 2 mesi dalla stipula del contratto, in funzione delle tempistiche stringenti definite dal PNRR; la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla completa attivazione sulla base della tempistica prevista dal crono programma. L'attività di consegna ed installazione della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.

– **Preventivo di spesa Allegato B** recante la descrizione dei prodotti con l'indicazione dell'importo unitario e complessivo offerto.

Nel preventivo dovrà essere specificato (non considerato a fini della valutazione e dell'aggiudicazione):

- Costo della manutenzione post garanzia annuo
- Quotazione del costo di una giornata di assistenza sia da remoto che on site.

L'istanza dovrà essere trasmessa entro **le ore 12.00 del giorno 19/05/2025** a mezzo PEC all'indirizzo: aslcn2@legalmail.it indicando nell'oggetto della mail la dicitura

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MEPA, PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE DEDICATO ALLE ATTIVITÀ DI REFERTAZIONE, GESTIONE E ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI ENDOSCOPICHE PER IL SERVIZIO DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELL'ASL CN2 E PER SERVIZI CONNESSI, COMPRENSIVO DI GARANZIA FULL RISK SINO AL 30/06/2026"

L'istanza dovrà essere presentata in uno dei seguenti modi:

- sottoscrizione effettuata tramite firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- scansione della domanda cartacea con firma autografa del legale rappresentante e timbro della ditta unita a scansione del documento d'identità in formato pdf.

ESAME DEI PREVENTIVI:

Ricevute le proposte di preventivo, che non saranno in alcun modo vincolanti per l'Amministrazione, si procederà all'esame delle stesse. Il preventivo meglio rispondente alle esigenze della Struttura Utilizzatrice verrà selezionato tramite valutazione comparativa delle caratteristiche tecniche e delle condizioni economiche.

La scrivente ASL si riserva, pertanto, sulla base di quanto espresso dalla Struttura Utilizzatrice, la possibilità di affidare anche ad operatori economici o differenti un prezzo più elevato, qualora l'offerta risulti qualitativamente migliore e più conveniente;

TRATTAMENTO DATI:

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione operatori economici e successiva procedura di affidamento della fornitura.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere al seguente indirizzo PEC: aslcn2@legalmail.it.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell'A.S.L. CN2 di Alba (www.aslcn2.it) alla voce "Bandi di gara e contratti".

**IL DIRETTORE S.C. f.f. LOGISTICA, PATRIMONIO
SERVIZI E ACQUISTI
Dott.ssa Maria RAITERI**

F.to in originale