

MANUTENZIONE FULL-RISK DEGLI STRUMENTI ENDOSCOPICI OLYMPUS, IN USO PRESSO L'ASL CN2 ALBA-BRA, PERIODO CONTRATTUALE 36 MESI. PROCEDURA RISTRETTA MEDIANTE PORTALE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 72 DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I.**ID SINTEL 202398580 CIG B722F0CAB9****VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE**

In data 05/12/2025 alle ore 09:00 presso il Nuovo Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno in Strada Tanaro 7, si è riunita la Commissione, nominata con determinazione direttoriale n. 2 del 02.01.2026, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di gara per la fornitura ed implementazione del servizio in oggetto.

Sono presenti:

- Ing. Marco Cerrato – Dirigente responsabile S.S. Ingegneria Clinica – Presidente
- Ing. Elisa Danna – Collaboratore tecnico S.S. Ingegneria Clinica – Componente;
- P.I. Stefano Zanin – Assistente tecnico S.S. Ingegneria Clinica – Componente;

L'ing. Marco Cerrato svolge le funzioni di segretario verbalizzante

Si prende atto che la ditta Olympus S.r.l. ha presentato l'offerta nei termini e nei modi previsti.

I componenti della Commissione prendono atto che la documentazione tecnica relativa alla trattativa n. 202398580 espletata tramite il portale Sintel di Aria S.p.A. risulta completa. Si procede a questo punto alla lettura del Capitolato Speciale di Gara.

La Commissione Giudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, in base ai requisiti del Capitolato Speciale di Gara, secondo le indicazioni specificate nello stesso.

La commissione, alla luce della documentazione analizzata, ritiene di assegnare i punteggi in tabella in conformità con quanto specificato nel capitolato di gara in merito all'assegnazione dei punteggi.:

Criterio	Punti Max	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note
1. Qualità Tecnica della Manutenzione e Conformità(Tipologie endoscopi, preventiva/correttiva, ricambi, certificazioni)	25	Ottimo	1	25	Copertura totale garantita dal ruolo di produttore: ricambi originali nuovi, protocolli ufficiali e piena conformità certificativa MDR 2017/745



2. Qualità del Servizio, Logistica e Reattività(Tempestività, logistica, assistenza dedicata)	15	Ottimo	1	15	Tempi di intervento molto competitivi (8 ore lavorative) e logistica solida tracciata (partnership DHL). Valore aggiunto dato dai riferimenti dedicati e nominali per l'assistenza
3. Capacità Organizzativa, Gestionale e Strutture(Tracciabilità, scadenze, QA, ubicazione sede)	10	Ottimo	1	10	Sistema gestionale che assicura tracciabilità completa dello storico e delle scadenze preventive. Presenza capillare con tecnici dislocati direttamente in regione
4. Competenza ed Esperienza del Personale(Formazione documentata, esperienza)	10	Ottimo	1	10	Formazione documentata direttamente dalla casa madre e team specifico assegnato al Piemonte.
5. Fornitura Apparecchiature Sostitutive(Disponibilità muletti)	10	Ottimo	1	10	Garantita fornitura muletto entro 24h
TOTALE				70	

Essendo le ore 12.00 la commissione conclude i lavori e concorda con il Responsabile Unico del Progetto l'avvio del seguito di competenza.

Verduno, li 05/01/2026

Ing. Marco Cerrato – Dirigente responsabile S.S. Ingegneria Clinica – Presidente e segretario verbalizzante



Ing. Elisa Danna – Collaboratore tecnico S.S. Ingegneria Clinica – Componente



P.I. Stefano Zanin– Assistente tecnico S.S. Ingegneria Clinica - Componente

