

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 26 UNITA' RISCALDANTI E DI RELATIVE COPERTE TERMICHE PER IL MANTENIMENTO DELLA NORMOTERMIA OCCORRENTI ALL'A.S.L. CN2 ALBA-BRA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL AI SENSI DELL'ART. 50 C 1 LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA ID SINTEL 207819009 CIG B8538A7E4B

2° VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

In data 23/02/2026 alle ore 14:00 la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione n. 1682 del 30/10/2025, si riunisce presso l'Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno dell'ASL CN2 per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura negoziata sotto la soglia comunitaria per la fornitura in noleggio di unità riscaldanti e delle relative coperte termiche per il mantenimento della normotermia, occorrenti all'A.S.L. CN2 Alba-Bra – Durata 36 mesi.

Sono presenti:

- Dott. Andrea Della Selva - Direttore F.F. S.C. Anestesia e Rianimazione – Presidente;
- Dott.sa Ingrid Pabon – Dirigente Medico, Responsabile S.S. Sale Operatorie - Componente;
- Ing. Elisa Danna – Collaboratore Tecnico – Ingegnere Clinico - S.S. Ingegneria Clinica - Componente

La Sig.ra Simona Taricco, Assistente Tecnico della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

La commissione riprende i lavori di valutazione delle offerte, anche a seguito degli esiti delle richieste di visione in prova in loco.

La commissione esprime dunque le proprie valutazioni e, effettuati gli approfondimenti sulle offerte ricevute e sulle visioni in prova dei prodotti offerti, provvede ad assegnare i seguenti punteggi, così come dettagliato nell'allegato A.

- | | |
|--------------------------|------------|
| ▪ CAIR ITALIA S.r.l. | p.ti 69,00 |
| ▪ SOLVENTUM ITALY S.r.l. | p.ti 61,10 |

I punteggi, a seguito di riparametrazione risultano quindi essere:

- | | |
|--------------------------|------------|
| ▪ CAIR ITALIA S.r.l. | p.ti 70,00 |
| ▪ SOLVENTUM ITALY S.r.l. | p.ti 61,99 |



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Essendo le ore 14:40 la commissione conclude i lavori e il presente verbale viene sottoscritto dai componenti.

Verduno lì, 23/02/2026

Dott. Andrea Della Selva - Direttore F.F. S.C. Anestesia e Rianimazione – Presidente;

(f.to in originale)

Dott.sa Ingrid Pabon – Dirigente Medico, Responsabile S.S. Sale Operatorie - Componente;

(f.to in originale)

Ing. Elisa Danna – Collaboratore Tecnico – Ingegnere Clinico - S.S. Ingegneria Clinica - Componente;

(f.to in originale)

Sig.ra Simona Taricco, Assistente Tecnico - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti, segretaria verbalizzante.

(f.to in originale)

**A.S.L. CN2**Azienda Sanitaria Locale
di Alba e BraVia Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Allegato A

Criteri			CAIR				SOLVENTUM ITALY			
N.	Descrizione	Punti massimi assegnabili	Giudizio	Coeff.	P.ti assegnati	Note	Giudizio	Coeff.	P.ti assegnati	Note
UNITA RISCALDANTI										
1	carrello/morsetto per asta o letto paziente/ ganci per tavolo operatorio o letto paziente, maneggevolezza	2	Ottimo	1,00	2,00		Buono	0,75	1,50	L'ergonomia del morsetto non ottimale
2	range di temperature e passo di regolazione	10	Ottimo	1,00	10,00		Distinto	0,90	9,00	Vi è una minore scelta di temperature impostabili
3	sanificazione apparecchiatura	10	Ottimo	1,00	10,00		Discreto	0,50	5,00	Il tubo zigrinato risulta di difficile sanificazione
4	silenziosita'	4	Ottimo	1,00	4,00		Ottimo	1,00	4,00	
5	caratteristiche del flusso	8	Ottimo	1,00	8,00		Ottimo	1,00	8,00	
6	caratteristiche del filtro antibatterico	6	Ottimo	1,00	6,00		Distinto	0,90	5,40	La certificazione del filtro è inferiore
7	criteri ambientali	1	Non Valutabile	0,00	0,00	Non sono presenti certificazioni specifiche	Non Valutabile	0,00	0,00	Non sono presenti certificazioni specifiche

**A.S.L. CN2***Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra*

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

	COPERTINE									
8	quantita' e tipologia modelli offerti ed eventuale sterilita'	8,00	Ottimo	1,00	8,00		Distinto	0,90	7,20	Gamma di copertine proposta meno completa
9	distribuzione calore e formazione pulviscolo	8,00	Ottimo	1,00	8,00		Ottimo	1,00	8,00	
10	adattabilita' al paziente , morbidezza	8,00	Ottimo	1,00	8,00		Ottimo	1,00	8,00	
11	sistema di collegamento all'apparecchiatura	5,00	Ottimo	1,00	5,00		Ottimo	1,00	5,00	
					69,00	P.ti assegnati			61,10	P.ti assegnati
					70,00	P.ti assegnati a seguito di normalizzazione			61,99	P.ti assegnati a seguito di normalizzazione