



A.S.L. CN2

*Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra*

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslc2@legalmail.it – www.aslc2.it

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL
D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI RETI
CHIRURGICHE E SISTEMI DI FISSAGGIO OCCORRENTI ALLE AZIENDE
SANITARIE AFFERENTI ALL'A.I.C. 4 (ASL CN1; ASL CN2; AO SANTA
CROCE E CARLE DI CUNEO) PER UN PERIODO DI MESI 36.
ID SINTEL: 208018817 CIG VARI**

ALLEGATO O: ELENCO LOTTI E FABBISOGNI

PREMESSE	4
RETI CHIRURGICHE	5
LOTTO 1 – RETI PER ERNIA INGUINALE NON RIASSORBIBILI E PLUG PER RIPARAZIONE DI ERNIA CRURALE E RECIDIVE.....	5
LOTTO 2 – RETI PER ERNIA INGUINALE SELF ADHERING.....	9
LOTTO 3 – RETI PER ERNIA LINEA ALBA/LAPAROCELE NON RIASSORBIBILI.....	10
LOTTO 4 - RETI PER ERNIA LINEA ALBA/LAPAROCELE SELF ADHERING.....	12
LOTTO 5 - RETI PER ERNIA LINEA ALBA/LAPAROCELE CIRCOLARI AUTOESPANDIBILI.....	13
LOTTO 6 - RETI NON RIASSORBIBILI INTRAPERITONEALI	14
LOTTO 7 - RETI PARZIALMENTE RIASSORBIBILI INTRAPERITONEALI.....	15
LOTTO 8 - RETI PARZIALMENTE RIASSORBIBILI INTRAPERITONEALI CON SISTEMA DI POSIZIONAMENTO PREMONTATO.....	16
LOTTO 9 - RETI PARZIALMENTE RIASSORBIBILI INTRAPERITONEALI CON ALETTE DI ANCORAGGIO.....	17
LOTTO 10 - RETI IN PVDF PER LA PREVENZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ERNIA PARASTOMALE	18
LOTTO 11 - RETI IN PVDF PER IL TRATTAMENTO OPEN DELL'ERNIA ADDOMINALE.....	19
LOTTO 12 - RETI IN PVDF PER IL TRATTAMENTO LAPAROSCOPICO DELL'ERNIA ADDOMINALE	20
LOTTO 13 - RETI PER IL TRATTAMENTO DELL'ERNIA IATALE E PARAESOFAGEA.....	21
LOTTO 14 - RETI IN PVDF PER IL TRATTAMENTO DELL'ERNIA INGUINALE A CONFIGURAZIONE 3D	22
LOTTO 15 - RETI IN POLIPROPILENE\POLIESTERE PER IL TRATTAMENTO DELL'ERNIA INGUINALE A CONFIGURAZIONE 3D LAPAROSCOPICA	23
LOTTO 16 - RETI TOTALMENTE RIASSORBIBILI INTRAPERITONEALI	24
LOTTO 17 - MATRICI BIOSINTETICHE RIASSORBIBILI A 6\8 MESI A RINFORZO E RIPARAZIONE DELLA PARETE ADDOMINALE O DEI DIFETTI DEL DIAFRAMMA	25

LOTTO 18 - MATRICI BIOSINTETICHE RIASSORBIBILI A 12\18 MESI A RINFORZO E RIPARAZIONE DELLA PARETE ADDOMINALE O DEI DIFETTI DEL DIAFRAMMA	26
LOTTO 19 - MATRICI BIOSINTETICHE RIASSORBIBILI A 12\18 MESI A RINFORZO E RIPARAZIONE DELLA PARETE ADDOMINALE O DEI DIFETTI DEL DIAFRAMMA CON STRATO DI HYDROGEL.....	27
LOTTO 20 - RETI IN EPTFE PER IL TRATTAMENTO DELL'ERNIA VENTRALE LAPAROSCOPICA .	28
LOTTO 21 - RETI NON ASSORBIBILI IN POLIPROPILENE TITANIZZATO PER IL TRATTAMENTO DEI DIFETTI DEL PAVIMENTO PELVICO ANTERIORE E POSTERIORE.....	29
LOTTO 22 – RETI NON RIASSORBIBILI IN POLIPROPILENE AD Y PER IL TRATTAMENTO DEI DIFETTI UROGINECOLOGICI CON DISPOSITIVO DI POSIZIONAMENTO.....	30
LOTTO 23 - RETI BIOLOGICHE CROSSLINKATE.....	31
LOTTO 24 - RETI BIOLOGICHE NON CROSSLINKATE	32
LOTTO 25 - RETI PARASTOMALI	33
SISTEMI DI FISSAGGIO	34
LOTTO 26 - SISTEMA DI FISSAGGIO RETI RIASSORBIBILE.....	34
LOTTO 27 - SISTEMA DI FISSAGGIO RETI NON RIASSORBIBILE.....	36
LOTTO 28 - SISTEMA DI FISSAGGIO RETI ARTICOLATE.....	37
LOTTO 29 – COLLA CHIRURGICA IN CIANO ACRILATO PER FISSAGGIO PROTESI PER APPLICAZIONE LAPAROTOMICA.....	38
LOTTO 30 – COLLA CHIRURGICA IN CIANO ACRILATO PER FISSAGGIO PROTESI PER APPLICAZIONE LAPAROSCOPICA.....	39

PREMESSE

Gestione ordini fornitura:

Per ogni lotto ogni Azienda Sanitaria Contraente indica come verranno gestiti gli ordini, tra le seguenti modalità:

- Acquisto con ordini periodici
- Acquisto con ordini su conto deposito fisso
- Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo

Ogni Azienda Sanitaria Contraente all'atto della stipula del contratto di fornitura confermerà quanto sopra indicato o potrà richiedere altra modalità di gestione sulla base della propria organizzazione logistica presente al momento della stipula del contratto.

E' altresì lasciata all'autonomia gestionale di ogni singola azienda ed alle diverse necessità di ogni singolo Presidio Ospedaliero, la gestione del conto deposito in modo "fisso/permanente" (il materiale viene depositato dalla ditta in giacenza presso le sale utilizzatrici dell'Azienda Sanitaria contraente per tutta la durata della fornitura) oppure in modo "temporaneo" (il materiale viene depositato dalla ditta presso le sale utilizzatrici, solo in prossimità dell'intervento su specifica richiesta dell'Azienda sanitaria contraente e viene ritirato dalla ditta successivamente all'intervento).

Composizione impianto tipo:

La composizione dell'Impianto Tipo, la descrizione ed i componenti di tale impianto, sono pertanto solo rappresentativi del Lotto, non esaustivi di tutti i componenti e di quanto specificatamente richiesto nella parte 3 Caratteristiche Tecniche.

Essi sono individuati per consentire alla Commissione Giudicatrice una adeguata comparazione fisica tra i sistemi proposti dai concorrenti e per consentire al Seggio di Gara il confronto economico delle offerte.

Il giudizio di qualità effettuato sull'impianto tipo, si estende a tutti i prodotti offerti appartenenti alle medesime Famiglie di prodotto e concorre al punteggio totale di qualità del lotto, espresso dalla Commissione Giudicatrice sulla base della rispondenza di tutti i prodotti offerti dalla ditta alle tipologie richieste nel lotto dalle Caratteristiche Tecniche come riportate nella Parte 3 di ogni lotto del presente Capitolato tecnico descrittivo, al contenuto della documentazione tecnica e sulla base dei parametri di valutazione qualità indicati all'art. 18 del Disciplinare di gara.

RETI CHIRURGICHE

LOTTO 1 – RETI PER ERNIA INGUINALE NON RIASSORBIBILI E PLUG PER RIPARAZIONE DI ERNIA CRURALE E RECIDIVE

Gestione ordini fornitura:
AO Santa Croce: Acquisto con ordini periodici
ASL CN1: Acquisto con ordini periodici
ASL CN2: Acquisto con ordini periodici
FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 1	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
VOCE A:			
Sub Lotto a)	30	150	60
Sub lotto b)	1500	2100	1200
Sub lotto c)	90	210	90
Sub lotto d)	150	270	150
Sub lotto e)	90	150	90
VOCE B:			
Sub lotto f) Plug: Misura piccola misura riferimento: 3 circa	60	180	30
Misura media misura riferimento: 5 circa	60	180	30
Misura grande misura riferimento: 7 circa	60	180	120
VOCE C:			

Sub lotto g) Plug per riparazione ernia crurale e recidive Misura piccola misura riferimento: 3 circa	15	30	6
Misura piccola misura riferimento: 5 circa	15	30	6
Misura grande misura riferimento: 7 circa	15	30	6

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

I prodotti presenti nei sub lotti a) b) c) d) ed e) fanno parte della medesima VOCE A, i prodotti presenti nel sub lotto f) fa parte della VOCE B, i prodotti presenti nel sub lotto g) fanno parte della VOCE C, nel lotto 1, in quanto all'interno di ogni voce i sub lotti si allineano sulle medesime quotazioni di mercato indipendentemente dal sub lotto e prodotto cui si riferiscono. Le VOCI distinte tra loro, nel presente lotto unico e indivisibile, rappresentano invece gruppi di prodotti che possono avere livelli di quotazioni di mercato differenti tra una Voce e le altre. A ciascuna singola VOCE (all'interno delle quali possono raggrupparsi più sub lotti) pertanto, viene assegnato nel capitolato speciale della presente gara, un importo di impianto tipo a base d'asta non superabile. L'impianto tipo individuato nel presente lotto, fa riferimento pertanto a uno dei sub lotti presenti nella Voce considerata (ma li rappresenta tutti), e svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.

VOCE A = (gruppo Sub lotti a) b) c) d) e))

VOCE A IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste ai sub lotti a) b) c) d) e) e f) nella misura di riferimento 5 x 10 circa o misura più vicina a tale dimensione

VOCE B = (Sub lotto f))

VOCE B IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO
A	1	Prodotto richiesto al sub lotto f) nella misura di riferimento 7 cm circa o misura più vicina a tale dimensione

VOCE C = (Sub lotto g))**VOCE C IMPIANTO TIPO**

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al sub lotto g) nella misura piccola o misura più vicina a tale dimensione

Parte 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

Nessuno in quanto materiale in acquisto con ordini periodici.

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

Sub lotto a)

- a. Rete presagomata con foro eccentrico per riparazione ernie inguinali maschili;
- b. in monofilamento;
- c. non riassorbibile;
- d. rigide;
- e. misure varie

Sub lotto b)

- a. Rete presagomata con foro eccentrico per riparazione ernie inguinali maschili;
- b. in monofilamento;
- c. non riassorbibile;
- d. semirigida;
- e. misure varie

Sub lotto c)

- a. Rete presagomata con foro eccentrico per riparazione ernie inguinali maschili;
- b. in monofilamento;
- c. non riassorbibile;
- d. morbida;
- e. misure varie

Sub lotto d)

- a. Rete presagomata senza foro per riparazione ernie inguinali femminili;
- b. in monofilamento;
- c. non riassorbibile;
- d. semirigida;
- e. misure varie

Sub lotto e)

- a. Rete presagomata senza foro per riparazione ernie inguinali femminili;
- b. in monofilamento;
- c. non riassorbibile;
- d. morbida;
- e. misure varie

Sub lotto f) PLUG

- a. Plug rotondo piatto;
- b. Per riparazioni difetti erniari;
- c. in monofilamento;
- d. non riassorbibile;
- e. varie misure: piccolo
(circa 3 cm) medio
(circa 5 cm) grande
(circa 7 cm)

Sub lotto g) PLUG

- a. Plug tridimensionale per riparazione di ernie crurale e recidive;
- b. in monofilamento;
- c. non riassorbibile;
- d. di polipropilene;
- e. varie misure: piccolo
(circa 3 cm) medio
(circa 5 cm) largo
(circa 7 cm)

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):**N. CAMPIONI: 1**

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 2 – RETI PER ERNIA INGUINALE SELF ADHERING
Gestione ordini fornitura:
AO Santa Croce: Acquisto con ordini periodici

ASL CN1: Acquisto con ordini periodici

ASL CN2: Acquisto con ordini periodici

FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 2	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	30	60	30

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

 L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.
IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 2 nella misura di riferimento 5 x 10 cm circa o misura più vicina a tale dimensione, grammatura media

Parte 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

Nessuno in quanto materiale in acquisto con ordini periodici.

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- Rete presagomata per riparazione ernie inguinali;
- self adhering;
- non riassorbibili;
- misure, forme e grammature varie;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 3 – RETI PER ERNIA LINEA ALBA/LAPAROCELE NON RIASSORBIBILI

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini periodici

ASL CN1: Acquisto con ordini periodici

ASL CN2: Acquisto con ordini periodici

FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 3	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
Sub lotto a)	150	180	180
Sub lotto b)	90	90	60

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

 L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.
IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 4 nella misura di riferimento 15 x 15 cm circa o misura più vicina a tale dimensione

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

Nessuno in quanto materiale in acquisto con ordini periodici.

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

Sub lotto a)

- Rete in monofilamento;
- non riassorbibile;
- semirigida;
- misure e forme varie

Sub lotto b)

- a. Rete in monofilamento;
- b. non riassorbibile;
- c. morbida;
- d. misure e forme varie

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 4 - RETI PER ERNIA LINEA ALBA/LAPAROCELE SELF ADHERING
Gestione ordini fornitura:
AO Santa Croce: Acquisto con ordini periodici

ASL CN1: Acquisto con ordini periodici

ASL CN2: Acquisto con ordini periodici

FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 4	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
Sub lotto a)	150	240	120
Sub lotto b)	30	90	30

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

 L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.
IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 4 nella misura di riferimento 15 x 20 cm circa o misura più vicina a tale dimensione

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

Nessuno in quanto materiale in acquisto con ordini periodici.

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

Sub lotto a)

- Rete in poliestere non riassorbibile;
- self adhering;
- misure e forme varie

Sub lotto b)

- Rete in polipropilene non riassorbibile;
- self adhering;
- misure e forme varie

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 5 - RETI PER ERNIA LINEA ALBA/LAPAROCELE CIRCOLARI AUTOESPANDIBILI

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini periodici

ASL CN1: Acquisto con ordini periodici

ASL CN2: Acquisto con ordini periodici

FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 5	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	180	300	120

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.

IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 5 nella misura di riferimento diametro 6 cm circa o misura più vicina a tale dimensione

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

Nessuno in quanto materiale in acquisto con ordini periodici.

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- a. rete circolare per correzione difetti di parete;
- b. auto espandibile;
- c. con benderelle di profondità per il posizionamento;
- d. semiriassorbibile;
- e. con almeno un lato antiaderente per il contatto con i visceri;
- f. misure varie;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 6 - RETI NON RIASSORBIBILI INTRAPERITONEALI

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo
ASL CN1: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo
ASL CN2: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo
FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 6	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	30	30	30

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

 L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.
IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 6 nella misura di riferimento 10 x 15 cm circa o misura più vicina a tale dimensione

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

Nessuno in quanto materiale in acquisto con ordini periodici.

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- Rete in materiale non riassorbibile a doppia superficie;
- per correzione difetti di parete;
- con almeno un lato antiaderenziale per il contatto con i visceri;
- misure e forme varie;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 7 - RETI PARZIALMENTE RIASSORBIBILI INTRAPERITONEALI

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini periodici
ASL CN1: Acquisto con ordini periodici
ASL CN2: Acquisto con ordini periodici
FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 7	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	45	30	30

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

 L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.
IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 7 nella misura di riferimento 15 x 20 cm circa o misura più vicina a tale dimensione, grammatura media

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

Nessuno in quanto materiale in acquisto con ordini periodici.

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- Rete bicomposita;
- per correzione difetti di parete;
- con almeno un lato antiaderenziale riassorbibile per il contatto con i visceri;
- misure, forme e grammature varie;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 8 - RETI PARZIALMENTE RIASSORBIBILI INTRAPERITONEALI CON SISTEMA DI POSIZIONAMENTO PREMONTATO

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini periodici

ASL CN1: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo

ASL CN2: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo

FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 8	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	30	15	15

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.

IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 8 nella misura di riferimento 15 x 20 cm circa o misura più vicina a tale dimensione, grammatura media

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

Nessuno in quanto materiale in acquisto con ordini periodici.

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- a) Rete in materiale parzialmente riassorbibile;
- b) per correzione difetti di parete;
- c) con almeno un lato antiaderenziale per il contatto con i visceri;
- d) con sistema di posizionamento premontato;
- e) misure, forme e grammature varie;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 9 - RETI PARZIALMENTE RIASSORBIBILI INTRAPERITONEALI CON ALETTE DI ANCORAGGIO

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo

ASL CN1: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo

ASL CN2: /

FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 9	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	15	6	0

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.

IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 9 nella misura di riferimento 15 x 20 circa o misura più vicina a tale dimensione, grammatura media

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

Nessuno in quanto materiale in acquisto con ordini periodici.

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- Rete in materiale parzialmente riassorbibile;
- per correzione difetti di parete;
- con almeno un lato antiaderenziale per il contatto con i visceri;
- con alette di ancoraggio;
- misure, forme e grammature varie;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 10 - RETI IN PVDF PER LA PREVENZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ERNIA PARASTOMALE

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini su conto deposito fisso

ASL CN1: Acquisto con ordini su conto deposito fisso

ASL CN2: Acquisto con ordini su conto deposito fisso

FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 10	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	24	24	12

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.

IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 10 nella misura di riferimento 15 x 15 cm circa o misura più vicina a tale dimensione

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

N. Minimo di Set di Impiantabili in deposito fisso per tutta la fornitura (per Set si intende la serie di prodotti uno per misura richiesta) o N. Minimo di Pezzi di Impiantabili in deposito fisso per tutta la fornitura: (ove non specificato verrà concordato in corso di fornitura con gli utilizzatori interessati)

TIPOLOGIA SET	AO SANTA CROCE E CARLE	PO SAVIGLIANO-SALUZZO	PO MONDOVI	PO VERDUNO
Impiantabile previsto nel lotto	2 SET	2 SET	2 SET	2 SET

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- reti in PVDF;
- posizionamento intraperitoneale;
- struttura 3D con cilindro;
- visibile con metodica radiologica;
- misure e forme varie;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 11 - RETI IN PVDF PER IL TRATTAMENTO OPEN DELL'ERNIA ADDOMINALE

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini su conto deposito fisso

ASL CN1: Acquisto con ordini su conto deposito fisso

ASL CN2: Acquisto con ordini su conto deposito fisso

FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 11	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	30	12	12

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.

IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 11 nella misura di riferimento 15 x 30 cm circa o misura più vicina a tale dimensione

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

N. Minimo di Set di Impiantabili in deposito fisso per tutta la fornitura (per Set si intende la serie di prodotti uno per misura richiesta) o N. Minimo di Pezzi di Impiantabili in deposito fisso per tutta la fornitura:
(ove non specificato verrà concordato in corso di fornitura con gli utilizzatori interessati)

TIPOLOGIA SET	AO SANTA CROCE E CARLE	PO SAVIGLIANO- SALUZZO	PO MONDOVI	PO VERDUNO
Impiantabile previsto nel lotto	2 SET	2 SET	2 SET	2 SET

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- reti in PVDF 88% e polipropilene 12%;
- visibile con metodica radiologica;
- misure e forme varie;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 12 - RETI IN PVDF PER IL TRATTAMENTO LAPAROSCOPICO DELL'ERNIA ADDOMINALE

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo

ASL CN1: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo

ASL CN2: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo

FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 12	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	12	12	6

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.

IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 12 nella misura di riferimento 15 x 20 cm circa o misura più vicina a tale dimensione

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

Nessuno in quanto materiale in acquisto con ordini periodici.

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- a. reti in PVDF 88% e polipropilene 12%;
- b. visibile con metodica radiologica;
- c. misure e forme varie;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 13 - RETI PER IL TRATTAMENTO DELL'ERNIA IATALE E PARAESOFAGEA

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini su conto deposito fisso

ASL CN1: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo

ASL CN2: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo

FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 13	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. SAN LAZZARO ALBA e P.O. SANTO SPIRITO BRA N. IMPIANTI
	12	12	6

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.

IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 13 nella misura di riferimento 8 x 13 cm circa o misura più vicina a tale dimensione

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

N. Minimo di Set di Impiantabili in deposito fisso per tutta la fornitura (per Set si intende la serie di prodotti uno per misura richiesta) o N. Minimo di Pezzi di Impiantabili in deposito fisso per tutta la fornitura:
(ove non specificato verrà concordato in corso di fornitura con gli utilizzatori interessati)

TIPOLOGIA SET	AO SANTA CROCE E CARLE	PO SAVIGLIANO- SALUZZO	PO MONDOVI	PO VERDUNO
Impiantabile previsto nel lotto	2 SET	/	/	/

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- ad elevata resistenza e conformata a 360°;
- visibile con metodica radiologica;
- misure e forme varie;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 14 - RETI IN PVDF PER IL TRATTAMENTO DELL'ERNIA INGUINALE A CONFIGURAZIONE 3D

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini periodici

ASL CN1: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo

ASL CN2: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo

FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 14	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	48	18	12

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.

IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 14 nella misura di riferimento 10 x 15 cm circa o misura più vicina a tale dimensione

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

Nessuno in quanto materiale in acquisto con ordini periodici.

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- a. reti in PVDF;
- b. unico formato per lato dx e sx;
- c. visibile con metodica radiologica;
- d. misure e forme varie;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 15 - RETI IN POLIPROPILENE\POLIESTERE PER IL TRATTAMENTO DELL'ERNIA INGUINALE A CONFIGURAZIONE 3D LAPAROSCOPICA

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini periodici

ASL CN1: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo

ASL CN2: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo

FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 15	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	60	18	18

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.

IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 15 nella misura di riferimento 12 x 15 cm circa o misura più vicina a tale dimensione, grammatura media

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

Nessuno in quanto materiale in acquisto con ordini periodici.

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- reti in polipropilene\poliestere;
- unico formato per lato dx e sx;
- struttura 3D;
- misure, forme e grammature varie;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 16 - RETI TOTALMENTE RIASSORBIBILI INTRAPERITONEALI

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini periodici
ASL CN1: Acquisto con ordini periodici
ASL CN2: Acquisto con ordini periodici
FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 16	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	15	15	9

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

 L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.
IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 16 nella misura di riferimento 15 x 20 cm circa o misura più vicina a tale dimensione

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

Nessuno in quanto materiale in acquisto con ordini periodici.

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- Rete totalmente riassorbibile in polyglactin;
- per correzione difetti di parete;
- che consenta il contatto con i visceri;
- misure e forme varie;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

**LOTTO 17 - MATRICI BIOSINTETICHE RIASSORBIBILI A 6\8 MESI A RINFORZO
E RIPARAZIONE DELLA PARETE ADDOMINALE O DEI DIFETTI DEL**

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini su conto deposito fisso
ASL CN1: Acquisto con ordini su conto deposito fisso
ASL CN2: Acquisto con ordini su conto deposito fisso
FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 17	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	12	18	6

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

 L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.
IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 17 nella misura di riferimento 9 x 15 cm circa o misura più vicina a tale dimensione

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

N. Minimo di Set di Impiantabili in deposito fisso per tutta la fornitura (per Set si intende la serie di prodotti uno per misura richiesta) o N. Minimo di Pezzi di Impiantabili in deposito fisso per tutta la fornitura: (ove non specificato verrà concordato in corso di fornitura con gli utilizzatori interessati)

TIPOLOGIA SET	AO SANTA CROCE E CARLE	PO SAVIGLIANO-SALUZZO	PO MONDOVI	PO VERDUNO
Impiantabile previsto nel lotto	1 SET	2 SET	1 SET	1 SET

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- matrici biosintetiche riassorbibili a 6\8 mesi
- utilizzabili in campi puliti\contaminati
- misure e forme varie;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 18 - MATRICI BIOSINTETICHE RIASSORBIBILI A 12\18 MESI A RINFORZO E RIPARAZIONE DELLA PARETE ADDOMINALE O DEI DIFETTI DEL DIAFRAMMA

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini su conto deposito fisso
ASL CN1: Acquisto con ordini su conto deposito fisso
ASL CN2: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo
FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 18	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	18	12	6

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

 L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.
IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 18 nella misura di riferimento 20 x 25 cm circa o misura più vicina a tale dimensione

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

N. Minimo di Set di Impiantabili in deposito fisso per tutta la fornitura (per Set si intende la serie di prodotti uno per misura richiesta) o N. Minimo di Pezzi di Impiantabili in deposito fisso per tutta la fornitura: (ove non specificato verrà concordato in corso di fornitura con gli utilizzatori interessati)

TIPOLOGIA SET	AO SANTA CROCE E CARLE	PO SAVIGLIANO-SALUZZO	PO MONDOVI	PO VERDUNO
Impiantabile previsto nel lotto	2 SET	2 SET	2 SET	/

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- matrici biosintetiche riassorbibili a 12\18 mesi;
- utilizzabili in campi puliti\contaminati;
- a posizionamento extraperitoneale;
- misure e forme varie;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 19 - MATRICI BIOSINTETICHE RIASSORBIBILI A 12\18 MESI A RINFORZO E RIPARAZIONE DELLA PARETE ADDOMINALE O DEI DIFETTI DEL DIAFRAMMA CON STRATO DI HYDROGEL

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini su conto deposito fisso
ASL CN1: Acquisto con ordini su conto deposito fisso
ASL CN2: Acquisto con ordini su conto deposito fisso
FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 19	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	12	12	6

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

 L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.
IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 19 nella misura di riferimento 20 x 25 cm circa o misura più vicina a tale dimensione

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO
N. Minimo di Set di Impiantabili in deposito fisso per tutta la fornitura (per Set si intende la serie di prodotti uno per misura richiesta) o N. Minimo di Pezzi di Impiantabili in deposito fisso per tutta la fornitura: (ove non specificato verrà concordato in corso di fornitura con gli utilizzatori interessati)

TIPOLOGIA SET	AO SANTA CROCE E CARLE	PO SAVIGLIANO-SALUZZO	PO MONDOVI	PO VERDUNO
Impiantabile previsto nel lotto	1 SET	1 SET	/	1 SET

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- matrici biosintetiche riassorbibili a 12\18 mesi
- posizionamento intraperitoneale in campi puliti\contaminati
- misure e forme varie;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):
N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 20 - RETI IN EPTFE PER IL TRATTAMENTO DELL'ERNIA VENTRALE LAPAROSCOPICA

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo

ASL CN1: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo

ASL CN2: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo

FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 20	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	6	9	6

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.

IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 20 nella misura di riferimento 20 x 25 cm circa o misura più vicina a tale dimensione

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

Nessuno in quanto materiale in acquisto con ordini periodici.

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- a. reti in ePTFE;
- b. con maglia a tre strati macroporosa;
- c. con rivestimento bioassorbibile;
- d. misure e forme varie;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 21 - RETI NON ASSORBIBILI IN POLIPROPILENE TITANIZZATO PER IL TRATTAMENTO DEI DIFETTI DEL PAVIMENTO PELVICO ANTERIORE E POSTERIORE

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini periodici

ASL CN1: Acquisto con ordini periodici

ASL CN2: Acquisto con ordini periodici

FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 21	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	24	30	60

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.

IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 21

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

Nessuno in quanto materiale in acquisto con ordini periodici.

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- a. reti in polipropilene Titanizzato;
- b. non assorbibili;
- c. misure e forme varie;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 22 – RETI NON RIASSORBIBILI IN POLIPROPILENE AD Y PER IL TRATTAMENTO DEI DIFETTI UROGINECOLOGICI CON DISPOSITIVO DI POSIZIONAMENTO

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini periodici

ASL CN1: Acquisto con ordini periodici

ASL CN2: Acquisto con ordini periodici

FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 22	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	75	30	30

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.

IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 22

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

Nessuno in quanto materiale in acquisto con ordini periodici.

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- a. conformazione a Y;
- b. misure varie;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 23 - RETI BIOLOGICHE CROSSLINKATE

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo
ASL CN1: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo
ASL CN2: Acquisto con ordini su conto deposito fisso
FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 23	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	6	3	6

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

 L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.
IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 23 nella misura di riferimento 15 x 20 cm circa o misura più vicina a tale dimensione

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

N. Minimo di Set di Impiantabili in deposito fisso per tutta la fornitura (per Set si intende la serie di prodotti uno per misura richiesta) o N. Minimo di Pezzi di Impiantabili in deposito fisso per tutta la fornitura: (ove non specificato verrà concordato in corso di fornitura con gli utilizzatori interessati)

TIPOLOGIA SET	AO SANTA CROCE E CARLE	PO SAVIGLIANO-SALUZZO	PO MONDOVI	PO VERDUNO
Impiantabile previsto nel lotto	/	/	/	1 SET

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- Rete permanente per il trattamento di difetti di parete;
- in collagene;
- acellulare cross-linkato;
- misure varie;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 24 - RETI BIOLOGICHE NON CROSSLINKATE

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo
ASL CN1: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo
ASL CN2: Acquisto con ordini su conto deposito fisso
FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 24	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	3	3	6

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

 L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.
IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 24 nella misura di riferimento 15 x 20 cm circa o misura più vicina a tale dimensione

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

 N. Minimo di Set di Impiantabili in deposito fisso per tutta la fornitura (per Set si intende la serie di prodotti uno per misura richiesta) o N. Minimo di Pezzi di Impiantabili in deposito fisso per tutta la fornitura:
(ove non specificato verrà concordato in corso di fornitura con gli utilizzatori interessati)

TIPOLOGIA SET	AO SANTA CROCE E CARLE	PO SAVIGLIANO- SALUZZO	PO MONDOVI	PO VERDUNO
Impiantabile previsto nel lotto	/	/	/	1 SET

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- Rete permanente per il trattamento di difetti di parete;
- in collagene;
- acellulare non cross-linkato;
- misure varie;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 25 - RETI PARASTOMALI

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini su conto deposito temporaneo
ASL CN1: Acquisto con ordini su conto deposito fisso
ASL CN2: Acquisto con ordini periodici
FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 25	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	12	12	12

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

 L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.
IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	Prodotto con caratteristiche come richieste al lotto 25 nella misura di riferimento: circolare diam. 15 cm con foro centrale del diam. 5 cm, o misura più vicina a tale dimensione

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

N. Minimo di Set di Impiantabili in deposito fisso per tutta la fornitura (per Set si intende la serie di prodotti uno per misura richiesta) o N. Minimo di Pezzi di Impiantabili in deposito fisso per tutta la fornitura: (ove non specificato verrà concordato in corso di fornitura con gli utilizzatori interessati)

TIPOLOGIA SET	AO SANTA CROCE E CARLE	PO SAVIGLIANO-SALUZZO	PO MONDOVI	PO VERDUNO
Impiantabile previsto nel lotto	/	1 SET	1 SET	/

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- Rete per correzione ernie parastomali;
- con almeno un lato antiaderenziale per il contatto con i visceri;
- misure e forme varie;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

SISTEMI DI FISSAGGIO

LOTTO 26 - SISTEMA DI FISSAGGIO RETI RIASSORBIBILE

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini periodici

ASL CN1: Acquisto con ordini periodici

ASL CN2: Acquisto con ordini periodici

FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 26	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
Sub lotto a)	45	30	30
Sub lotto b)	45	30	15

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.

IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	KIT come richieste al lotto 26

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

Nessuno in quanto materiale in acquisto con ordini periodici.

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

Sub lotto a)

- Sistema di fissaggio per il trattamento dei difetti di parete per via laparoscopica;
- riassorbibile;
- diametro stelo da 5 mm;
- almeno 15 tacks;

Sub lotto b)

- a. Sistema di fissaggio per il trattamento dei difetti di parete per via laparoscopica;
- b. riassorbibile;
- c. diametro stelo da 5 mm;
- d. almeno 30 tacks;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 27 - SISTEMA DI FISSAGGIO RETI NON RIASSORBIBILE

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini periodici
ASL CN1: Acquisto con ordini periodici
ASL CN2: Acquisto con ordini periodici
FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 27	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
Sub lotto a)	45	15	30
Sub lotto b)	45	15	15

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

 L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.
IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	KIT come richieste al lotto 27

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

Nessuno in quanto materiale in acquisto con ordini periodici.

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

Sub lotto a)

- Sistema di fissaggio per il trattamento dei difetti di parete per via laparoscopica;
- Non riassorbibile – RMN compatibile;
- diametro stelo da 5 mm;
- almeno 15 tacks;

Sub lotto b)

- Sistema di fissaggio per il trattamento dei difetti di parete per via laparoscopica;
- Non riassorbibile – RMN compatibile;
- diametro stelo da 5 mm;
- almeno 30 tacks;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 28 - SISTEMA DI FISSAGGIO RETI ARTICOLATE

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini periodici
ASL CN1: Acquisto con ordini periodici
ASL CN2: Acquisto con ordini periodici
FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 28	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	30	30	30

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

 L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.
IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	KIT come richieste al lotto 28

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

Nessuno in quanto materiale in acquisto con ordini periodici.

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- Sistema di fissaggio per il trattamento dei difetti di parete per via laparoscopica;
- RMN compatibile;
- diametro stelo da 5 mm;
- stelo articolabile almeno a 60 gradi;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 29 – COLLA CHIRURGICA IN CIANO ACRILATO PER FISSAGGIO PROTESI PER APPLICAZIONE LAPAROTOMICA

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini periodici

ASL CN1: Acquisto con ordini periodici

ASL CN2: Acquisto con ordini periodici

FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 29	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	15	18	18

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.

IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	KIT come richieste al lotto 29

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

Nessuno in quanto materiale in acquisto con ordini periodici.

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- a. a base cianoacrilica;
- b. liquido;
- c. con dispositivo dedicato per l'utilizzo;
- d. dosaggi vari;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"

LOTTO 30 – COLLA CHIRURGICA IN CIANO ACRILATO PER FISSAGGIO PROTESI PER APPLICAZIONE LAPAROSCOPICA

Gestione ordini fornitura:

AO Santa Croce: Acquisto con ordini periodici

ASL CN1: Acquisto con ordini periodici

ASL CN2: Acquisto con ordini periodici

FABBISOGNI presunti per 36 mesi

LOTTO 30	AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo PO SANTA CROCE PO CARLE N. IMPIANTI	ASL CN1 P.O. SS ANNUNZIATA SAVIGLIANO P.O. CIVILE SALUZZO P.O. REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' N. IMPIANTI	ASL CN2 P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO N. IMPIANTI
	30	18	18

Parte 1 COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

L'impianto tipo individuato dal presente Capitolato tecnico descrittivo nel presente lotto ad unica voce, svolge solo la funzione di impianto tipo comparativo al fine del successivo confronto economico.

IMPIANTO TIPO

	N PEZZI	DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO DI RIFERIMENTO
A	1	KIT come richieste al lotto 30

PARTE 2 NUMERO MINIMO DI DOTAZIONI DI MATERIALE PER I CONTI DEPOSITO, QUALORA FISSO

Nessuno in quanto materiale in acquisto con ordini periodici.

Parte 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

(caratteristiche tecniche e componenti del materiale oggetto del Lotto, sia essenziali che preferibili)

- a. a base cianoacrilica;
- b. liquido;
- c. con applicatore puntiforme dedicato da 5 mm;
- d. dosaggi vari;

Parte 4 CAMPIONATURA (vedere art. 4 Capitolato tecnico descrittivo):

N. CAMPIONI: 1

La Commissione Giudicatrice potrà richiedere ulteriore campionatura per prove tecniche aggiuntive come previsto dal Capitolato tecnico descrittivo all'art. 4 "Campionatura"