



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

AVVISO ESPLORATIVO PUBBLICO, PER ESCLUSIVITA' TECNICA, PER LA FORNITURA DI N. 150 TERMOMETRI DIGITALI CONTACTLESS OCCORRENTI PER LE DIVERSE S.S.C.C. DELL'A.S.L. CN2 ALBA – BRA

Chiarimenti

Sentita la SS Ingegneria Clinica si forniscono le risposte ai seguenti chiarimenti:

Domanda 1

Si richiede alla spettabile amministrazione se per Tecnologia Masimo TIT-1 si intendere che il termometro sia dotato di connessione bluetooth a monitor Masimo?

Risposta 1:

Il collegamento bluetooth a una eventuale infrastruttura Masimo NON è considerato elemento essenziale. La periferica bluetooth non è considerata essenziale.

Domanda 2

Per equivalente si intende un termometro contactless senza consumabili di qualsiasi tipo, batterie escluse e assenza di necessità di taratura ma che sia dotato di Bluetooth per trasferimento dati a qualsiasi apparecchiatura?

Risposta 2:

Si conferma questa frase: " Per equivalente si intende un termometro contactless senza consumabili di qualsiasi tipo, batterie escluse e assenza di necessità di taratura" mentre per questa: "ma che sia dotato di Bluetooth per trasferimento dati a qualsiasi apparecchiatura?" si consideri la risposta al chiarimento n. 1