

**FORNITURA A NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE ONCOLOGICA PER IL LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL'ASL CN2 ALBA-BRA, COMPRESIVA DI CONSUMABILI E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER ANNI DUE, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.  
ID SINTEL 215106456 CIG BA7427C005**

## **CHIARIMENTI 1**

### **Domanda 1**

Poiché nella presente fornitura il nostro personale non viene a conoscenza di alcun dato personale e/o sensibile dei pazienti, né in fase di installazione, né di manutenzione e/o disinstallazione, e quindi non tratta alcun dato per conto del titolare, viene meno il presupposto legale per la nomina a responsabile del trattamento dati.

Chiediamo pertanto conferma di poter inserire una autodichiarazione in sostituzione dei documenti previsti ai punti 6, 7, e 8 di pagina 8 del capitolato speciale.

### **Risposta 1**

Si conferma

### **Domanda 2**

Si chiede di confermare che solo la piattaforma di Real Time PCR ed il software debbano essere marcati CE-IVD e non anche la piccola strumentazione ancillare al workflow né lo spettrofotometro.

### **Risposta 2**

Sentito l'Utilizzatore, si riporta quanto segue: "E' preferibile che tutti gli strumenti siano certificati IVD, ma non è indispensabile. E' invece obbligatorio che tutti siano marcati CE e che la piattaforma di Real Time e il software siano anche certificati IVD"

### **Domanda 3**

poiché i fabbisogni riportati nella colonna C del modulo allegato G ("NR. test 24 mesi"), sono diversi rispetto a quelli indicati nel capitolato speciale (art. 3, pag. 3), si chiede di confermare che quanto riportato nell'allegato G sia riferito a 12 anziché a 24 mesi.

### **Risposta 3**

Si conferma, viene effettuato il caricamento del modulo offerta con la correzione dei refusi.

### **Domanda 4**

poiché nell'allegato G, all'ultima riga è riportato "TOTALE COMPLESSIVO PER 36 MESI PER IL NOLEGGIO (COMPRESIVO DI MANUTENZIONE FULL RISK + ACCESSORI), CONSUMABILI E DUVRI [A+B+C+D]" mentre nei restanti documenti di gara è scritto sempre "24 mesi", si chiede di confermare che la durata corretta della fornitura è 24 mesi.

### **Risposta 4**

Si conferma, vedasi risposta alla Domanda 3