

S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e AcquistiDirettore f.f.: **Dott.ssa Maria RAITERI**

Responsabile dell'istruttoria: Simona Taricco

Recapiti a cui rivolgersi:

✓ personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – piano primo

✓ telefonicamente: 0173/316232

tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it

ARCHIVIO: I.5.04.01|2026|2390|

Pubblicato in data: 17/02/2026**Scadenza: 06/03/2026**

Oggetto:	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI DISPOSITIVI ANTIDECUBITO DINAMICI A BASSA PRESSIONE ALTERNATA E FLUTTUAZIONE DINAMICA COMPRESIVI DI COVER OCCORRENTI ALL'A.S.L. CN2 ALBA-BRA. DURATA 36 MESI.
-----------------	--

La presente procedura ha per oggetto la “**FORNITURA IN NOLEGGIO DI DISPOSITIVI ANTIDECUBITO DINAMICI A BASSA PRESSIONE ALTERNATA E FLUTTUAZIONE DINAMICA COMPRESIVI DI COVER OCCORRENTI ALL'A.S.L. CN2 ALBA-BRA. DURATA 36 MESI**”.

La fornitura è costituita da un unico lotto in quanto la stessa, è un “progetto unitario, non separabile” con la necessità di un’acquisizione congiunta che richiede la necessità di assicurare che sia un unico appaltatore a farsi carico di realizzare e rispondere dell’opera nella sua totalità.

La fornitura comprende la pronta consegna dei sistemi e la loro installazione, il ritiro, l’assistenza tecnica e le necessarie procedure di decontaminazione, pulizia e sanificazione del presidio, l’addestramento di personale, l’assistenza all’utilizzo e la fornitura di reportistica periodica.

Art. 1 - DURATA E IMPORTO

L’importo complessivo presunto, IVA e altri contributi esclusi, per 36 mesi è pari a € 135.600,00 (comprensivo degli oneri di interferenza non ribassabili di €. 600,00 DUVRI)

Il contratto oggetto della presente procedura avrà la durata di mesi 36 a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Ai fini dell’art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad € 135.600,00 al netto di IVA.

La spesa indicata, così come i quantitativi, sono presunti e non vincolanti, essendo il consumo non esattamente prevedibile ma subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore; nessuna eccezione potrà pertanto essere sollevata per maggiore o minore quantità ordinata.

Art. 2 - QUANTITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

Caratteristiche tecniche specifiche e prestazioni richieste:

1. Materasso di ultima generazione e regolarmente in produzione, nuovo di fabbrica, in grado di sostituire completamente il materasso ospedaliero, la struttura deve essere unica e

integrata (non verranno quindi presi in considerazione eventuali sovra-materassi) dotata di idonei sistemi di ancoraggio al letto.

2. Compatibilità **con i letti elettrici articolati in dotazione nell'ASL CN2 Alba-Bra (modello 346780H ditta MALVESTIO SPA P.O. di Verduno e modello CS900B0003158 ditta HILL ROM) pena esclusione dalla procedura;**
3. Dotazione di attacco singolo al motore e con tubi di connessione che non creino intralcio o ingombro alla movimentazione del paziente o delle sponde o intralcio al paziente nella discesa dal letto;
4. Modalità di connessione/disconnessione dei tubi al materasso preferibilmente con una sola manovra;
5. Dotazione di sistemi interattivi, tramite sensore o apparato equivalente, in grado di adattarsi automaticamente e continuamente, senza l'intervento dell'operatore, al peso, ai movimenti ed alla posizione, anche seduta, assunta dal paziente ottimizzando lo scarico delle pressioni;
6. Sgonfiaggio rapido per manovre rianimatorie tramite apposito dispositivo che porti il dorso del paziente a contatto con la superficie rigida del letto, senza l'ausilio di compressori e/o altri sistemi aggiuntivi, in 20 secondi al massimo; in 10 secondi al massimo, anche in assenza di energia elettrica
7. Presenza di allarmi acustici (silenziabili) e visivi per segnalazione anomalie di funzionamento e/o mancanza di alimentazione in grado di garantire un'immediata visualizzazione con conseguente agevole gestione
8. Presenza di funzione "trasporto" con mantenimento del gonfiaggio per almeno 8 ore
9. Compressore con le seguenti caratteristiche:
 - pannello di controllo con comandi semplici e ben visibili dotato di allarmi;
 - manuale d'uso in lingua italiana in formato cartaceo ed elettronico;
 - privo di vibrazioni;
 - di dimensioni indicative 300 x 140 x 250 mm e peso indicativo 2,8 kg; verranno privilegiate soluzioni di dimensioni e peso più contenuti rispetto a quelle indicative;
 - rumorosità non superiore a 40 Db;
 - conformità alle norme UNI EN 60601-1 parte III s.m.i.;
 - presenza di ganci o altro sistema che permetta un facile e stabile ancoraggio alle sponde o alle pediere del letto;
 - assenza di sporgenze rigide;
 - connettori semplici e sicuri e non a contatto con la persona;
 - dotato di allarme acustico in grado di segnalare anomalie nel funzionamento come previsto dalla normativa vigente, tacitabile con cavo di alimentazione lungo almeno 4 mt dotato di meccanismo di ancoraggio e sistema idoneo per non intralciare le manovre assistenziali degli operatori e comunque conforme alle norme CEE in vigore e adeguato alle esigenze riscontrate nel luogo di installazione;

10. Presenza della funzione di “gonfiaggio massimo” per agevolare le attività di nursing del paziente;
11. Materasso composto da celle d'aria attive (intese come soggette alla variazione alternata della pressione) tra loro connesse e di altezza non inferiore a 18 cm (gonfie), specificare pertanto:
 - numero delle celle
 - altezza celle ad aria
 - altezza in cm della schiuma di poliuretano eventualmente presente nel materasso
 - altezza complessiva in cm del materasso
 - livelli di comfort previsti (intesi come livelli di regolazione della rigidità della superficie)
 - numero di zone differenziate
12. Riduzione continua delle pressioni di appoggio inferiore a 32 mmHg;
13. Regolazione automatica della pressione rispetto al peso e alla postura del paziente;
14. Portata terapeutica con carico di lavoro sicuro a 150 Kg e indicazione della portata terapeutica minima e massima; portata 250kg.
15. Materasso lavabile e sanificabile secondo normativa UNI -EN -ISO o equivalente procedura certificata;
16. Presenza di cover intercambiabili lavabili e sanificabili che siano: bielastici, ignifughi, permeabili al vapore acqueo (indicare MVTR), impermeabili ai liquidi, con trattamento antibatterico ed antimicotico certificato, di materiale anallergico, resistente a strappi e forature. La cerniera e il sistema di adesione al materasso non devono consentire il filtraggio di essudati e/o altri liquidi biologici;
17. Spina di alimentazione compatibile con le prese del punto di utilizzo;
18. Certificazione di appartenenza alla classe 1 IM ai fini della reazione al fuoco;
19. Deve essere radiotrasparente per effettuare eventuali esami diagnostici ed il materiale deve essere latex-free;

Art. 3 - PRESTAZIONI A CARICO DEL FORNITORE

A) DECONTAMINAZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI SISTEMI ANTI-DECUBITO

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire un servizio che garantisca il mantenimento di condizioni igienico-sanitarie tali da impedire qualsiasi contaminazione crociata. Pertanto tutti i presidi dovranno essere decontaminati, puliti e sanificati dopo l'utilizzo e prima dell'utilizzo successivo.

A tal proposito dovrà essere fornita una procedura con la descrizione di:

- modalità di ritiro e consegna
- modalità di trattamento (decontaminazione, pulizia e sanificazione) con specifiche indicazioni in merito ai prodotti impiegati
- tipologia di confezionamento dei materassi sanificati

L'avvenuto procedimento dovrà essere dimostrato con il rilascio di idonea certificazione attestante il trattamento che dovrà accompagnare il singolo materasso. Il sistema dovrà essere confezionato in involucro adeguato al trasporto e contrassegnato con codice di rintracciabilità del processo a cui è stato sottoposto.

B) DOTAZIONE IN “STAND BY”

E' richiesto un deposito minimo in “stand by” da assegnare in giacenza presso il P.O. di Verduno ed il CAVS Canale al fine di garantire un'immediata disponibilità per tutti quei casi clinici particolari in cui non sia possibile aspettare i tempi di consegna o siano da evitare continue movimentazioni del paziente.

Il numero dei presidi da fornire in modalità stand by è di n. 2 nella sede di Verduno e n. 2 nella Sede di Canale

L'attivazione del noleggio verrà comunicata con le stesse modalità previste dal successivo punto E). Il pagamento sarà riferito ai soli giorni di utilizzo dei prodotti. Il reintegro dovrà avvenire entro 24 ore solari dall'attivazione del noleggio.

C) INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La ditta fornitrice dovrà proporre, nel progetto tecnico per l'esecuzione del servizio, una soluzione informatizzata per la gestione “via Internet” delle richieste di noleggio (bolle di consegna, di ritiro e movimentazioni di trasferimento) e relativi riepiloghi periodici sulle giornate di noleggio/paziente, reparti richiedenti, sistemi noleggiati, ecc., in modo da agevolare la gestione e garantire un facile riscontro delle attività inerenti il servizio.

L'informatizzazione del servizio dovrà prevedere:

- accesso al sistema informatico della Ditta (via Internet) da parte della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti di informazioni sulle richieste di utilizzo da parte dei reparti con le seguenti indicazioni:
 - a) indicazione delle sole iniziali del nome e cognome del paziente
 - b) tipologia di presidio
 - c) reparto e centro di costo (in caso di trasferimento del paziente tra differenti reparti dovrà essere generato il relativo movimento per ciascun reparto)
 - d) data ed identificazione del richiedente per la chiamata di attivazione
 - e) data ed identificazione del richiedente per la chiamata di ritiro/trasferimento
 - f) data di consegna e di ritiro
 - g) data inizio e fine fatturazione, numero di giornate fatturabili, costo a giornata e costo totale periodo di fatturazione per ciascun paziente
 - h) tracciabilità dei passaggi di utilizzo del singolo materasso su eventuali diversi utilizzatori
- il sistema dovrà consentire di effettuare ricerche sui noleggi chiusi e su quelli in corso per un periodo prestabilito, di filtrare le ricerche per reparto, tipo di presidio, identificativo del paziente, durata di utilizzo

- la gestione informatizzata dovrà garantire l'ottimale funzionamento del servizio senza necessità di utilizzare documentazione cartacea se non le bolle di consegna e di ritiro e le relative fatture sui noleggi effettuati
- il sistema informatizzato conterrà dei dati sensibili e pertanto dovrà essere conforme alle norme per la tutela dei medesimi.

La ditta fornitrice dovrà comunque fornire un report trimestrale di dettaglio S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti con l'indicazione dei noleggi effettuati specificando: il Presidio Ospedaliero, la Struttura Complessa di ricovero e relativo centro di costo, costi per singolo dispositivo e, per singolo paziente, data inizio e fine noleggio e totale giornate.

D) OFFERTE MIGLIORATIVE

A titolo esemplificativo:

- computer
- assistenza e supporto per condurre studi di prevalenza con modelli validati ed elaborazioni statistiche finalizzate a studi clinici
- corsi di formazione in aula e addestramento sul campo, rivolti agli utilizzatori allo scopo di razionalizzare ed ottimizzare l'uso delle tecnologie
- altro

E) NOLEGGIO DEI PRESIDII E ASSISTENZA TECNICA

Il noleggio dei presidi verrà attivato a chiamata mediante apposito ordine da parte della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti via informatica, con indicazione del tipo di presidio da noleggiare e della Struttura Complessa oggetto della richiesta.

La fornitura comprende:

1. consegne/installazioni tutti i giorni dell'anno (festivi compresi) 24 ore su 24
2. presenza di un "servizio clienti" per il ricevimento della richiesta di noleggio e interventi tecnici e un servizio di "Call center" attivato 24 ore su 24, giorni festivi inclusi;
3. la consegna, l'installazione, il ritiro, la sanificazione e la manutenzione dei presidi sono a carico del fornitore;
4. la consegna dei presidi con apposita copertura per mantenere inalterati i livelli di pulizia e disinfezione durante il trasporto, con allegata la certificazione dell'avvenuto processo di sanificazione e disinfezione;
5. la completezza della fornitura, cover imballati e unità di gonfiaggio, per ogni singolo paziente;
6. firma di uno specifico documento di consegna, da parte di un referente della ditta fornitrice e di un referente sanitario della Struttura Complessa utilizzatrice;
7. ritiro del presidio a cura del personale tecnico della ditta;
8. tempo di ritiro, entro e non oltre le 24 ore solari dalla segnalazione mezzo fax e/o via informatica, con la documentazione del "fine terapia" debitamente compilata e firmata dal

coordinatore o delegato della degenza. L'addebito del canone di noleggio deve essere sospeso alla data del "fine terapia";

9. fornitura di manuali d'uso in italiano per gli utilizzatori comprensivi di recapiti telefonici per consulenza tecnico-scientifica;

Sui presidi consegnati dovranno essere apposte idonee targhette riportanti il nome della ditta e dovrà essere allegata la conformità alle verifiche di sicurezza elettrica.

Verranno riconosciute solo le giornate di effettivo utilizzo;

Le giornate di utilizzo sotto riportate, puramente presunte, non sono vincolanti per l'ASL. e pertanto potranno subire variazioni in più o in meno in relazione al fabbisogno. La ditta quindi deve impegnarsi a fornire alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione per le variazioni quantitative che dovessero occorrere durante il periodo di validità del contratto.

Il numero di giornate presunte di noleggio per una durata di 36 mesi sono di 45.000.

Tutti i dispositivi richiesti devono rispondere ai requisiti richiesti dalle vigenti normative comunitarie e nazionali antincendio. In particolare dovranno esser registrati e possedere la conformità alla normativa CE 93/42 sui Dispositivi Medici.

I materassi offerti devono essere compatibili con i letti elettrici in dotazione nell'ASL CN2 Alba-Bra (modello 346780H ditta MALVESTIO SPA P.O. di Verduno e modello CS900B0003158 ditta HILL ROM) pena esclusione dalla procedura.

Art. 4 - CAMPIONATURA- VERIFICHE E PROVE TECNICHE

Le Ditte partecipanti, su richiesta della Struttura Utilizzatrice dovranno inviare in visione campionatura del materasso offerto affinché la Struttura Utilizzatrice possa fare le opportune verifiche e prove tecniche di valutazione. Tale campionatura verrà restituita dall'ASL al termine della valutazione da parte della struttura utilizzatrice.

Le Ditte dovranno presentare la campionatura entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta della Struttura Utilizzatrice.

I campioni devono essere corrispondenti ai requisiti previsti nel presente avviso.

L'etichetta apposta deve essere in originale.

La qualità e le caratteristiche tecniche dei prodotti, dovranno strettamente corrispondere per tutta la durata della fornitura a quelle dei campioni presentati.

La campionatura dovrà essere provvista di bolla di accompagnamento riportante tutti gli elementi identificativi della campionatura trasmessa.

Dovrà essere consegnata con l'indicazione della Ragione sociale della Ditta offerente, Denominazione articolo e codice prodotto e la dicitura **"CAMPIONATURA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI DISPOSITIVI ANTIDECUBITO DINAMICI A BASSA PRESSIONE ALTERNATA E FLUTTUAZIONE DINAMICA COMPENSIVI DI COVER OCCORRENTI ALL'ASL CN2 ALBA-BRA"** al seguente indirizzo:

• ASL CN2

Magazzino Generale P.O. di VERDUNO "Michele e Pietro Ferrero"

Strada del TANARO 7 (per i quantitativi specificati di seguito)

ed accompagnato da duplice elenco sottoscritto dall'offerente (timbro e firma), di cui una copia verrà restituita, con data, ora e firma del responsabile della ricezione, al consegnatario.

In sede di valutazione ci si riserva la facoltà di richiedere ulteriore campionatura per eventuali prove tecniche aggiuntive.

La presentazione della campionatura con le modalità, nelle quantità è necessaria per la valutazione dell'offerta.

DESCRIZIONE	U.M.	CAMPIONATURA
MATERASSO ANTIDECUBITO DINAMICO A BASSA PRESSIONE ALTERNATA E FLUTTAZIONE DINAMICA	PZ	2
COVER	PZ.	2

Art. 5 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da Art. 26 D.Lgs. 81/2008, vista la determinazione nr. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano pari a **€ 600,00** in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro

Art. 6 - CONDIZIONI DI FORNITURA

L'ordinazione dovrà intendersi in base alle condizioni impartite dalla Struttura competente dell'ASL tramite via telematica che indicherà la quantità, il giorno e la sede presso la quale deve essere effettuata la consegna.

La consegna del materiale dovrà avvenire presso:

A.S.L. CN2

**Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" – Magazzino Generale
Strada del Tanaro, 7 – 12060 VERDUNO (CN)**

con mezzi e personale proprio, in base alle disposizioni di volta in volta impartite dalla Struttura competente dell'ASL CN2.

La consegna del materiale dovrà essere effettuata nei tempi di cui all'art. 4 punto E) del presente avviso.

La consegna dovrà essere sempre accompagnata da apposito documento di trasporto (sia esso compilato dal Fornitore o dal proprio incaricato) indicante la causale di consegna.

Tale documento dovrà essere descrittivo ed in duplice copia: una di questa firmata per ricevuta, resterà al fornitore corriere.

L'Azienda non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi diversi da quelli contemplati nel presente avviso.

La merce inviata dovrà corrispondere rigorosamente alla campionatura inviata in visione e dovrà corrispondere rispettivamente a quanto indicato all'art. 2 del presente avviso speciale e risultare inoltre conforme a tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti e gli eventuali inconvenienti e danno provocati dal loro impiego, come anche eventuali azioni di richiamo, resta a completo carico ed onere del Fornitore.

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione tempestiva per iscritto all'ASL; in tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna ed evidenziare la sopravvenuta indisponibilità del prodotto, l'ASL si riserva pertanto la facoltà di passare al secondo in graduatoria o eventualmente ricercando un fornitore su piazza per sopperire all'indisponibilità.

Non si procederà al pagamento delle fatture per tutti quei beni consegnati, per qualsiasi motivo in difformità a quanto prescritto nel presente avviso; in particolare qualora durante il periodo di vigenza contrattuale si verificassero consegne senza bolla e senza transito in Magazzino Generale, l'ASL non pagherà tali beni.

Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo ordinato nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di ordinativi minimi.

Al Fornitore non sarà consentito fissare alcun importo minimo per l'esecuzione della fornitura.

I quantitativi di merci ammessi al pagamento saranno quelli accertati e documentati.

Il controllo quantitativo e qualitativo della fornitura è demandato al personale preposto al ritiro.

Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto dall'Azienda Sanitaria al controllo, il quale potrà respingere i prodotti ritenuti a suo insindacabile giudizio non accettabili, perché non rispondenti alle norme previste nel presente avviso o alle caratteristiche richieste e dichiarate non conformi alle normative vigenti.

In tal caso la ditta fornitrice dovrà provvedere all'immediata sostituzione dei prodotti da effettuarsi entro 24 ore.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine ai vizi apparenti od occulti delle merci consegnate, non rilevati all'atto della consegna.

Durante il periodo di fornitura le eventuali consegne che non risulteranno preventivamente autorizzate dall'Azienda Sanitaria saranno a totale carico della ditta.

In caso di ritardo nella consegna oltre i termini stabiliti, non giustificato, è facoltà dell'ASL addebitare l'eventuale maggior prezzo pagato per il noleggio su piazza nonché procedere all'applicazione delle relative penali, secondo le modalità di cui al presente documento.

Alle stesse penalità soggiacerà l'aggiudicatario in caso di mancata somministrazione.

A parziale deroga dell'art. 1510 del codice civile il fornitore si impegna a garantire la consegna della merce al destinatario e pertanto non si libera dell'obbligo della consegna fino a quando la merce sarà consegnata all'azienda.

Art. 7 - CONTROLLI QUALITATIVI

L'accettazione dei prodotti è di competenza esclusiva della Stazione Appaltante. La firma per ricevuta del D.T.T., o altro documento equivalente che la ditta s'impegna a compilare al momento della consegna, non costituisce in alcun modo certificazione di accettabilità dei prodotti. In caso di riscontro negativo, la Stazione Appaltante si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce al momento della consegna. La ditta aggiudicataria s'impegna alla sostituzione immediata del prodotto non idoneo, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante.

Art. 8 - FORMAZIONE

L'Impresa concorrente dovrà fornire una adeguata formazione sull'utilizzo e sulla conoscenza del prodotto al personale sanitario addetto alla fornitura.

L'impresa inoltre dovrà dichiarare la propria disponibilità, su richiesta, a fornire chiarimenti e delucidazioni in merito all'utilizzo del materasso antidecubito e del sistema informatico fornito.

Art. 9 - MANUALE

La seguente documentazione, redatta in lingua italiana, dovrà essere consegnata entro la data del collaudo in forma cartacea e su supporto informatico:

- Manuale tecnico e di service
- Manuale d'uso in doppia copia, in conformità a quanto stabilito dalla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche e/o integrazioni e dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Art. 10 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

Sono legittimati a presentare offerta nella presente procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 e e 87 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Art. 11 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE:**▪ "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

- 1) **Istanza di manifestazione di interesse**, nelle modalità previste dalla legge, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia semplice di un documento di validità del sottoscrittore (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). Qualora vi sia interesse a presentare offerta in associazione temporanea di impresa, l'istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle relative dichiarazioni), deve essere trasmessa in un unico invio, da tutti i futuri componenti del raggruppamento;
- 2) **Allegato A - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** in cui si attesta il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti;
- 3) **Allegato D – Nomina responsabile trattamento dati** che il fornitore si impegna a sottoscrivere in caso di aggiudicazione, in questa fase il documento viene allegato per semplice consultazione;
- 4) **Allegato D 1 – Questionario responsabili del trattamento** compilato e firmato digitalmente (si precisa che il questionario deve essere compilato con riferimento alle misure di sicurezza tecniche e organizzative che compongono il sistema privacy del fornitore).

5) Dichiarazione, da parte del fornitore, in merito ai seguenti punti:

- a) di impegnarsi a sottoscrivere la Nomina a Responsabile del trattamento allegata all'avviso e di essere in grado di rispettare le istruzioni ivi contenute.
- b) di aver implementato un Sistema di gestione della privacy compliant al GDPR e che ha adottato misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai trattamenti di dati personali che gli saranno affidati dal Titolare ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati (GDPR, Regolamento UE 2016/679) e ss.mm.ii.
- c) Che gli apparati e/o il software eventualmente forniti sono dotati di misure di sicurezza tecniche e organizzative che garantiscono al Titolare di dar seguito agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati (GDPR, Regolamento UE 2016/679) e ss.mm.ii.
- d) di rispettare il Provvedimento del Garante della privacy sulla gestione degli Amministratori di Sistema del 27 novembre 2008 e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a fornire l'elenco completo degli amministratori di sistema operanti nell'ambito delle attività fornite all'Asl CN2.
- e) di aver implementato un Sistema di protezione dei sistemi informativi, dei loro utenti e di altri colpiti da incidenti e minacce informatiche coerente con quanto disposto ai sensi della direttiva europea 2022/2555, nota anche come NIS2, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 138 del 4 settembre 2024 e vigente dal 18 ottobre 2024.

6) Allegato E - Piano Aziendale Misure di Sicurezza ICT (AGID) firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma;**▪ "DOCUMENTAZIONE TECNICA"**

La ditta offerente dovrà presentare la seguente documentazione tecnica:

- 1) **Schede tecniche** e elenco dettagliato, specifico delle caratteristiche essenziali e particolari dei prodotti offerti, denominazione commerciale, codici, CND, repertorio etc; se presenti.
- 2) **Dichiarazione del produttore/rivenditore della classe di reazione al fuoco** mediante presentazione del "Certificato di prova di reazione al fuoco ai sensi art.2, punto 2.4 D.M. 26/06/84";
- 3) **certificazioni**;
- 4) **depliant illustrativo** e descrittivo dei prodotti offerti, in lingua italiana;
- 5) **dichiarazioni di conformità** alle norme attualmente in vigore,
- 6) **dichiarazione marchio CE**;
- 7) **dichiarazione garanzia (minimo 24 mesi)**.
- 8) **Relazione tecnica illustrativa** che dovrà contenere una descrizione di ciò che l'operatore economico concorrente intende offrire in merito a ciascuno dei criteri di valutazione elencati nel successivo art. 13

Tale relazione dovrà essere numerata e sviluppata secondo l'ordine dei CRITERI VALUTATIVI elencati in seguito.

La relazione tecnico illustrativa, redatta in lingua Italiana, dovrà comporsi di un numero

massimo di **20 pagine, carattere Arial 11**. La relazione potrà inoltre contenere eventuali depliant ritenuti utili a completamento della relazione

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente Avviso, pena l'esclusione dalla procedura, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Allegato II.5 del Codice.

La Struttura Utilizzatrice potrà invitare gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica.

La relazione tecnica deve essere firmata dal legale rappresentante della ditta partecipante.

▪ **"DOCUMENTAZIONE ECONOMICA"**

Preventivo di spesa, redatto sul modulo allegato.

L'offerta deve contenere esplicito obbligo della Ditta a mantenere valida la propria proposta per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 4 del Codice. Decorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, la Ditta, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dalla stessa. Nel caso in cui non venga inviata alcuna comunicazione l'offerta si intende valida anche oltre il termine sopra indicato.

All'aggiudicatario verrà richiesta una relazione dalla quale si deve evincere una scomposizione del prezzo offerto nelle singole voci di costo, ad esempio i costi del personale, costi di coordinamento, costi di ammortamento, costi generali, utile di impresa riferito al presente appalto e costi della sicurezza aziendale, che devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche della fornitura ed infine nella formulazione di ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

Art. 12 - ESAME DEI PREVENTIVI

Ricevute le proposte di preventivo, che non saranno in alcun modo vincolanti per l'Amministrazione, si procederà all'esame delle stesse. Il preventivo meglio rispondente alle esigenze della Struttura Utilizzatrice verrà selezionato tramite valutazione comparativa delle caratteristiche tecniche e delle condizioni economiche, sulla base di quanto esplicito nel successivo paragrafo.

Art. 13 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'affidamento della fornitura avrà luogo a favore dell'Operatore Economico che avrà offerto minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, previa verifica della conformità del prodotto rispetto a quanto richiesto dall'Utilizzatore, che verrà valutata in base ai criteri valutativi di seguito elencati.

L'A.S.L. si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione della fornitura qualora le condizioni economiche proposte non risultassero convenienti.

L'Amministrazione si riserva il diritto di annullare o modificare la presente procedura e si riserva la facoltà di sospendere la procedura di affidamento o di non procedere alla stipula del contratto qualora:



A.S.L. CN2

*Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra*

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslc2@legalmail.it – www.aslc2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

-
- la fornitura del bene o del servizio non trovi copertura finanziaria nel proprio bilancio;
 - la fornitura del bene o del servizio non rientri più nel fabbisogno dell'Azienda per sopravvenute variazioni di attività o di organizzazione gestionale;
 - per sopravvenute disposizioni regionali in materia di programmazione sanitaria;
 - per motivi di pubblico interesse.



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

N.	Criteri valutativi	Sub-criteri
	TECNOLOGIA E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA	▪ Modalità di scarico dinamico delle pressioni di contatto anche in relazione alle differenti zone corporee ▪ Praticità d'uso (tempo di gonfiaggio, peso del materasso, telo di copertura, maneggevolezza del sistema, versatilità dimensioni) ▪ Portata terapeutica in Kg. (non inferiore a 150 kg.) a 250kg. ▪ Funzione trasporto (superiore a 4 h) 8 ore ▪ Accessibilità e facilità di utilizzo della valvola CPR con tempo di sgonfiaggio non superiore a 20 sec. 10 sec. ▪ Peso e dimensione dell'unità gonfiante
	CONFORT PAZIENTE	▪ Stabilità e mantenimento della postura ▪ Livelli di confort ▪ Rumorosità della pompa (non superiore a 40 dB). ▪ Caratteristiche migliorative della cover
	CONFORT OPERATORE	▪ Sistema ancoraggio del materasso (pratico, agevole e poco ingombrante) ▪ Facilità di utilizzo del sistema e dei comandi (semplici, intuitivi, ben visibili) ▪ Facilità ad eseguire le manovre attività di nursing ▪ Praticità di connessione/disconnessione del motore al materasso
	FORMAZIONE	▪ Modalità di espletamento della formazione ▪ Modalità di sanificazione
	SERVIZIO	▪ Caratteristiche e modalità di svolgimento relativamente agli aspetti descritti ai punti A), C) e D) del presente avviso oltre ad eventuali aspetti migliorativi.
	CRITERI AMBIENTALI	▪ Consumo energetico del ciclo produttivo ▪ Impatto ambientale per fine vita
	PREZZO	

L'Amministrazione si riserva il diritto di annullare o modificare la presente procedura e si riserva la facoltà di sospendere la procedura di affidamento o di non procedere alla stipula del contratto qualora:

- la fornitura del bene o del servizio non trovi copertura finanziaria nel proprio bilancio;
- la fornitura del bene o del servizio non rientri più nel fabbisogno dell'Azienda per sopravvenute variazioni di attività o di organizzazione gestionale;
- per sopravvenute disposizioni regionali in materia di programmazione sanitaria;
- per motivi di pubblico interesse.

Art. 14 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'Art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente documento.

Art. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante al seguente link: <https://www.aslc2.it/azienda-asl-cn2/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>.

IL R.U.P.

Dott.ssa Maria Raiteri

*Il presente documento è sottoscritto con firma
Digitale ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 82/2005*