

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO**Art. 77 D.Lgs. 36/2023.**

per la fornitura di un sistema per la produzione di PRP Autologo, comprensivo di materiale di consumo ed assistenza tecnica occorrente alla S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'ASL CN2 Alba-Bra.

Al fine di poter predisporre un'idonea procedura per l'acquisizione della fornitura in oggetto, l'ASL CN2 organizza una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., finalizzata alla raccolta di informazioni e suggerimenti utili per la predisposizione della documentazione di gara.

All'interno della fornitura sono compresi i seguenti elementi, di cui si riportano le caratteristiche tecniche richieste:

A. Sistema PRP:

- Dispositivo marcato CE (conforme al regolamento MDR 2017/745);
- Sistema completamente chiuso per minimizzare il rischio di contaminazione;
- Kit Sterile monouso;
- Anticoagulante pre-caricato;
- Assenza di manipolazioni aperte del campione;
- Tracciabilità completa del Lotto;
- Compatibilità con preparazione di PRP autologo;

B. Centrifuga

- Dispositivo certificato per utilizzo medico;
- Programmi preimpostati dedicati al kit offerto;
- Controllo digitale di RPM/RCF/tempo;
- Blocco automatico del coperchio
- Bilanciamento automatico
- Memoria programmi
- Rumorosità contenuta
- Assistenza Tecnica Nazionale

C. Kit Monouso

- Sterile;
- Latex Free;
- Pyrogen Free
- Validato per la centrifuga proposta
- Volume di prelievo compreso fra 10 e 60 ml
- Scheda tecnica con concentrazione piastrinica ottenibile



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslc2@legalmail.it – www.aslc2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Si precisa che le specifiche tecniche sono da considerarsi utili solo al fine della consultazione di mercato e che, in sede di svolgimento della procedura per l'affidamento della fornitura, potranno essere modificate, integrate, sostituite ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare:

- **Istanza di manifestazione di interesse** a mezzo PEC all'indirizzo aslc2@legalmail.it, firmata digitalmente dal legale rappresentante, oppure scansionata con la firma autografa del legale rappresentante e timbro della ditta unitamente alla scansione del documento di identità in formato PDF, indicando nell'oggetto della mail la dicitura **“Consultazione preliminare di mercato per la fornitura di un sistema per la produzione di prp autologo, comprensivo di materiale di consumo ed assistenza tecnica occorrente alla S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'asl CN2 Alba-Bra.”** entro il **21/10/2026 ore 12.00** allegando:
- **Relazione** relativa alla fornitura comprendente ogni elemento informativo o criticità che si ritenga necessario o opportuno segnalare, ivi compresa la stima del prezzo unitario
- **Dichiarazione di conformità MDR**
- **Manuale d'uso in Italiano**
- **Certificazioni ISO del produttore**
- **Schede tecniche;**
- **Studi clinici pubblicati**

Si chiede inoltre di indicare se all'interno della documentazione trasmessa sono presenti dei Segreti Tecnici e/o commerciali.

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non costituisce condizione di accesso all'eventuale procedura di affidamento, né impegno alcuno circa il proseguo della procedura.

Gli interessati non possono rivendicare alcun diritto e/o interesse al riguardo e l'ASL si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della consultazione preliminare di mercato per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di gara e sempre *“a condizione che non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”*.

L'ASL CN2 si riserva di predisporre, successivamente un incontro di confronto con i soggetti che abbiano presentato istanza per la consultazione preliminare in oggetto.

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti: Dott.ssa Maria Raiteri – tel 0173 316 516-232 aslc2@legalmail.it.

IL R.U.P.

Dott.ssa Maria RAITERI

F.to in originale